

Nội dung đã phát hành tại chương V

Stt	Stt HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung phát hành
1	2.5	Thuốc thử xét nghiệm định lượng α -amylase	Thuốc thử xét nghiệm định lượng α -amylase
2	2.11	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine	Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; Giới hạn phát hiện: 0,04 mg/dL = 3,95 μ mol/L. Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL = 1768 μ mol/L. THÀNH PHẦN. Thuốc thử: Natri hydroxid , chất tẩy rửa. B. Thuốc thử: Acid picric . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Nội dung sửa đổi E-HSMT như sau:

Stt	Stt HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung phát hành sửa đổi
1	2.5	Thuốc thử xét nghiệm định lượng α -amylase	Hóa chất dùng cho xét nghiệm α -Amylase Direct
2	2.11	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine	Hóa chất/thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Phương pháp: JAFFÉ COMPENSATED; Giới hạn phát hiện: 0,04 mg/dL = 3,95 μ mol/L. Giới hạn tuyến tính: 20 mg/dL = 1768 μ mol/L. THÀNH PHẦN A. Thuốc thử: Natri hydroxid , chất tẩy rửa. B. Thuốc thử: Acid picric . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương