

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp công cụ dụng cụ lần 6 năm 2025 (ống soi và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi trung thất) (gồm 02 phần).
- Tên dự toán: Cung cấp công cụ dụng cụ lần 6 năm 2025 (ống soi và bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi trung thất) (gồm 02 phần).
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 7 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, số lượng

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính
I	Phần lô: Ống soi trung thất		
1	Ống soi trung thất video, chiều dài 150-160 mm	Ống soi trung thất video - Cấu tạo: + Chiều dài: 150-160mm + Tích hợp nguồn sáng trong ống soi - Bao gồm: + Khay đựng ống soi bao gồm nắp đậy, tấm lót có lỗ + Kích thước khay: * Chiều dài: 240-260 mm * Chiều rộng: 240-260 mm * Chiều cao: 65-85 mmm - Tương thích với hộp kết nối model TC301,	Cái

		<p>hệ thống dàn máy nội soi K-Storz hiện đang có tại Bệnh viện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiêu chuẩn ISO 13485 - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa 	
II	Phân lô: Dụng cụ trung thất		
1	Kẹp phẫu tích, chiều dài 200-240 mm	<p>Kẹp phẫu tích</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài 200-240 mm - Đường kính 3.5-10 mm - Hàm hoạt động đôi - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái
2	Kẹp phẫu tích, chiều dài 240-300 mm	<p>Kẹp phẫu tích</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: 240-300 mm - Đường kính 3.5-6.8 mm - Hàm hoạt động đôi - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái
3	Kẹp sinh thiết, chiều dài 200-240 mm, chiều dài ngàm 12 mm	<p>Kẹp sinh thiết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cấu tạo: + Chiều dài: 200-240 mm + Chiều dài ngàm 12 mm + Hàm hình oval/ muỗng - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái
4	Kẹp sinh thiết, cỡ 3.5-5 mm, chiều dài 240-250 mm	<p>Kẹp sinh thiết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiều dài: 240-250 mm - Đường kính 3.5-5 mm - Hàm hoạt động đơn - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm 	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> + Vỏ ngoài cách điện + Ruột kẹp - Tiêu chuẩn ISO 13485 	
5	Kẹp sinh thiết, chiều dài 200-240 mm	<ul style="list-style-type: none"> Kẹp sinh thiết - Cấu tạo: + Chiều dài: 200-240 mm + Đường kính 3-8 mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái
6	Kéo Metzenbaum, hàm cong hoạt động đôi, cỡ 3.5-5 mm, chiều dài 240-250 mm	<ul style="list-style-type: none"> Kéo Metzenbaum - Chiều dài: 240-250 mm - Đường kính 3.5-5 mm - Hàm cong hoạt động đôi - Gồm 3 bộ phận: + Tay cầm + Vỏ ngoài cách điện + Ruột kéo - Có đầu nổi để đốt điện cầm máu đơn cực - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái
7	Hộp đựng dụng cụ nội soi trung thất	<ul style="list-style-type: none"> Hộp đựng dụng cụ - Có tấm lót silicon - Có nắp - Kích thước * Chiều dài: 500-520 mm * Chiều rộng: 200-240 mm * Chiều cao: 60-65mm - Tiêu chuẩn ISO 13485 	Cái

1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ

Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Theo quy định tại mục E-ĐKC 21.1, chương VII, E-HSMT.
- Địa điểm thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: theo quy định tại mục E-ĐKC 21.2, chương VII, E-HSMT.