

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: **Mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi;**
- Tên gói thầu: **Mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi;**
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi;
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi - Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Địa điểm, quy mô dự án: Bệnh viện Đa khoa Củ Chi.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hoá chào thầu phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

 Máy đo độ loãng xương:

❖ Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở đi.
- Thiết bị đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc tương đương.
- Nguồn điện 220V/50Hz.
- Môi trường hoạt động:
- + Nhiệt độ: $\geq 30^{\circ}\text{C}$.
- + Độ ẩm: $\geq 70\%$.
- Xuất xứ máy chính: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Đức.

❖ Yêu cầu cấu hình:

- Máy cùng phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ.
- Phantom chuẩn máy: 1 bộ.
- Bàn đặt trạm làm việc: 1 bộ.
- Tấm định vị tư thế đo: 1 bộ.
- Phần mềm in kết quả: 1 bộ.
- Bộ máy tính: 1 bộ.
- Máy in màu: 1 bộ.
- Sách hướng dẫn tiếng Anh+ Việt: 1 bộ.

❖ Yêu cầu thông số kỹ thuật

- Phương pháp đo: Hấp thụ tia X năng lượng kép hoặc tương đương.
- Kiểu quét: Chùm tia rẽ quạt hoặc tương đương.
- Vị trí quét tối thiểu: xương cột sống thẳng, nghiêng; xương đùi; xương cẳng tay.
- Sai lệch $\leq 1.0\%$.
- Độ chuẩn xác: $\pm 1\%$.
- Tấm thu nhận:
 - +CdTe, Silicon diode hoặc tương đương.
 - +Số kênh: ≥ 128 kênh.
- Nguồn tia X:
 - +Điện áp: $\geq 90\text{kV}$.
 - +Cường độ dòng điện: $\geq 3\text{ mA}$.
- Bóng phát tia:
 - +Loại bóng: Anode cố định hoặc Anode quay.
 - +Điện áp bóng tối đa: $\geq 110\text{ kV}$.
- Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn bức xạ.
- Quản lý dữ liệu: Đã bao gồm hỗ trợ kết nối với DICOM và hệ thống PACS, dễ dàng kết nối với các hệ thống bệnh viện.
- Xem và so sánh được lịch sử đo của bệnh nhân.

❖ Yêu cầu bảo hành chính hãng:

≥ 2 năm và hỗ trợ kiểm tra lỗi sau thời gian bảo hành.

* Ghi chú:

- *Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà thầu nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt" hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.*

- *Tương đương được hiểu là tương đương về mặt kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ, Nhà thầu có thể chào hàng hóa được nêu trên hoặc loại hàng hóa khác nhưng phải chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt so với hàng hóa được nêu trên. Để chứng minh sự tương đương nhà thầu phải có bảng so sánh chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc tính sử dụng cùng các tài liệu kỹ thuật kèm theo để chứng minh. Nếu nhà thầu không có tài liệu chứng minh sự tương đương hoặc ưu việt hơn thì được xem là không đạt về mặt kỹ thuật.*

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Bảng danh mục thiết bị dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin của hàng hóa dự thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp **file định dạng Excel/ Word kèm E-HSDT**, đồng thời cung cấp cùng file scan bản in có chữ ký, đóng dấu, hợp lệ. Nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung file excel/word và file scan.

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: Mã định danh: Email: Số điện thoại người phụ trách gói thầu:

Thông tin hàng hóa theo E-HSMT				Thông tin hàng hóa theo E-HSDT											Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))(VND)
STT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Khối lượng	Tên thương mại	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Phân loại TBYT	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu		
1	Máy đo độ loãng xương	Cái	1	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Loại A/B/C/D và kê khai Số hiệu của Bản phân loại (Ví dụ: Loại C (114-2022/PLTTBYT) - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa không phải là TBYT	- Số công bố: ... ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: ... ngày... hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành số ... ngày ...	Nhà thầu nhập thông tin liên quan	Nhà thầu nhập thông tin liên quan

Chúng tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng sự thật. Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã kê khai.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp **file định dạng Excel/word kèm E-HSDT (tạo riêng 1 bảng tính (sheet) cho mặt hàng tham dự trong file excel**, đồng thời cung cấp cùng file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu. Nhà thầu phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về sự thống nhất giữa nội dung file excel và file ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Stt	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nội dung E-HSDT	Tài liệu tham chiếu
1	Máy đo độ loãng xương Số lượng: 01 cái.	Máy Số lượng: Model: Ký mã hiệu: Nhãn hiệu: Xuất xứ: Hãng sản xuất:	Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu (thông tin tại Bảng danh mục thiết bị dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật phải thống nhất với thông tin trên Webform và thống nhất với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa). Lưu ý: <i>1. Các thông tin về model, hãng sản xuất/cơ sở sản xuất, xuất xứ, hãng/nước chủ sở hữu phải phù hợp với thông tin tại các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa (trong quá trình đánh giá E-HSDT) và các tài liệu, chứng từ dùng để nghiệm thu hàng hóa (trong quá trình thực hiện hợp đồng). Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin kê khai, đảm bảo quá trình nghiệm thu hàng hóa.</i> <i>2. Đề nghị nhà thầu ghi đầy đủ, rõ ràng, chi tiết tên hãng như trên các giấy tờ kèm theo (không viết tắt).</i>
I	Yêu cầu chung	Yêu cầu chung	
	-	-	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
II	Yêu cầu cấu hình	Yêu cầu cấu hình	
	-	-	Nhà thầu chào đầy đủ nội dung theo yêu cầu và ghi rõ:

Stt	Nội dung yêu cầu của E-HSMT	Nội dung E-HSDT	Tài liệu tham chiếu
			- Tích hợp theo máy chính (<i>Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần do nhà sản xuất cung cấp đồng bộ hoặc đi kèm với máy chính</i>). - Mua ngoài tại Việt Nam (<i>Đối với các hàng hóa, bộ phận, thành phần khác do nhà thầu mua ngoài tại Việt Nam</i>) (nếu có).
III	Yêu cầu thông số kỹ thuật	Yêu cầu thông số kỹ thuật	
	-	-	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Đề nghị tách riêng từng file tài liệu tham chiếu và đặt tên đúng theo tên dùng để tham chiếu tại cột này (ví dụ: file Specifications, file Brochure...), không gộp tất cả các tài liệu vào 1 file.
IV	Yêu cầu bảo hành chính hãng	Yêu cầu bảo hành chính hãng	
	-	-	Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu.

+ Tài liệu nộp trong E-HSDT: Các văn bản bằng tiếng nước ngoài nhà thầu phải dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam (có chữ ký và xác nhận của đơn vị dịch thuật) và được chứng thực. Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu dịch sai tùy mức độ gây ảnh hưởng đến nội dung đánh giá kỹ thuật, nhà thầu có thể bị đánh giá không đạt.

+ Nhà thầu phải quy đổi tất cả đơn vị tính thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu theo đúng đơn vị tính thông số, đặc tính kỹ thuật của E-HSMT.

+ Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của sản phẩm tham dự thầu: Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) ghi chú cụ thể rõ ràng, chi tiết tên hàng hóa tham dự thầu, đặc tính, thông số kỹ thuật, hình ảnh chứng minh tương ứng với thông số kỹ thuật của E-HSMT. Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) lên tài liệu Tiếng nước ngoài và bản dịch Tiếng Việt.

1.3.3. Các yêu cầu khác

- Thiết bị mới 100% sản xuất từ năm 2025 trở đi, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng;

- Thiết bị khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất và đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng.

- Nhà thầu cam kết thiết bị dự thầu sử dụng tương thích với hệ thống thiết bị sẵn có tại đơn vị sử dụng.

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;

- Yêu cầu về vận chuyển: thiết bị phải được vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cù Chi.

- Thiết bị do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và thiết bị không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp thiết bị cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết);

- Thiết bị do nhà thầu cung cấp có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Cam kết đào tạo, tập huấn sử dụng, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến thiết bị trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc kỹ sư của nhà thầu được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Trường hợp nhà thầu không đảm bảo một trong những yếu tố khi cung cấp thiết bị như: Chất lượng, chủng loại,... theo quy định tại hợp đồng, E- HSMT và E- HSĐT của nhà thầu thì tối đa trong vòng 72 giờ, nhà thầu phải cung cấp thiết bị mới cùng loại để thay thế thiết bị không đáp ứng yêu cầu; và nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi thiết bị không đạt yêu cầu. Trường hợp đặc biệt, thời gian thay thế có thể được gia hạn nếu có lý do khách quan, nhưng không vượt quá thời gian Chủ đầu tư chấp nhận.

- Cam kết thu hồi thiết bị đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc cam kết thu hồi thiết bị đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do thiết bị không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng thiết bị khác đảm bảo chất lượng.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Nhà thầu sẽ cung cấp tài liệu khi giao hàng bao gồm:

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (theo quy định QCVN 24:2023/BKHCN). Chi phí kiểm định do nhà thầu chi trả.

+ Đối với thiết bị nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list, Giấy phép nhập khẩu (Trừ trường hợp thiết bị nằm ngoài quy định phải có giấy phép nhập khẩu) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp với đầy đủ thông tin về thiết bị như trong hợp đồng;

+ Đối với thiết bị sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành.

+ Trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu: Chứng thư giám định về số lượng, chất lượng, tính mới, đồng bộ, chủng loại, ký mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất,

tính năng kỹ thuật cơ bản của thiết bị khi bàn giao (Đơn vị giám định do Chủ đầu tư chỉ định, chi phí giám định do nhà thầu chi trả).

1.3.4. Các tài liệu nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được sắp xếp để dễ tra cứu như sau:

Đề nghị các Nhà thầu khi làm hồ sơ dự thầu phải sắp xếp file hồ sơ dự thầu như sau: (mỗi Phần là 01 file zip đặt tên là “Phan 1”, “Phan 2”)

Phần 1: Pháp lý nhà thầu (mỗi mục bên dưới là 1 file riêng)

1. File Bảo lãnh dự thầu (nếu có) (nhà thầu gửi thư bảo lãnh dự thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh thẩm quyền ký thư bảo lãnh của cán bộ Ngân hàng/ chi nhánh ngân hàng (giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,...).

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

3. File Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (mỗi năm là 1 file). Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu,...

4. File Hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng tương tự là 1 file bao gồm (file hợp đồng tương tự + biên bản nghiệm thu + hóa đơn (trường hợp có nhiều hóa đơn phải có bảng liệt kê tương ứng của tổng số hóa đơn) hoặc file hợp đồng tương tự + biên bản thanh lý hợp đồng) hoặc tài liệu chứng minh năng lực sản xuất của nhà thầu (nếu có).

5. Cam kết về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ khác sau bán hàng khác.

6. Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ (nếu có) (có thể tham khảo Mẫu tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 và các văn bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và các tài liệu có liên quan chứng minh các nội dung đã kê khai.

7. Các file khác (nếu có).

Phần 2: Hồ sơ kỹ thuật (mỗi mục bên dưới là 1 file riêng)

1. Bảng danh mục thiết bị dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật (file định dạng excel/word và bản scan có đóng dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu).

2. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế hoặc văn bản công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế. Và nếu nhà thầu là nhà sản xuất: Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước.

3. Bản phân loại thiết bị y tế (TBYT).

4. Số lưu hành/Giấy phép nhập khẩu (GPNK).

5. Tài liệu chứng minh giá niêm yết.

6. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/FDA/CE....

7. Hồ sơ kỹ thuật của hàng hóa/Catalogue.

8. Bảng tiến độ giao hàng hoặc cam kết tiến độ giao hàng.

9. Cam kết và các tài liệu liên quan theo yêu cầu tại bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật (Chương III của E-HSMT).

10. Tài liệu chứng minh sản phẩm dự thầu đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có).

11. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý: *Đề nghị nhà thầu tách riêng từng tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet...), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên tên thiết bị tham dự thầu, các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của thiết bị theo yêu cầu.*

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

1. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của thiết bị tại thời điểm giao hàng: Đánh giá bằng trực quan, thiết bị được đánh giá là đáp ứng và nghiệm thu khi:

- Thiết bị sạch sẽ - nguyên vẹn, thống nhất bên trong bên ngoài.
- Thiết bị không bị hư hỏng vật lý, móp méo.

2. Thử nghiệm, đánh giá, nghiệm thu:

- Đánh giá do Chủ đầu tư thực hiện: Chủ đầu tư có thể sử dụng các công cụ, dụng cụ cần thiết để kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị. Thiết bị được nghiệm thu khi qua quá trình đánh giá của Chủ đầu tư, thiết bị có các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thiết bị theo hợp đồng đã ký.

- Đánh giá khác: Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng thiết bị, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm hàng hóa tại một bên thứ 3 (do Chủ đầu tư chỉ định).

- Toàn bộ chi phí mục này do nhà thầu chi trả.

3. Trong trường hợp thiết bị phát sinh các khiếm khuyết, sự cố hay gây thiệt hại cho người sử dụng hoặc bên thứ ba, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và báo cho nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mà Nhà thầu không có ý kiến thì xem như đã chấp nhận những nội dung theo biên bản đã thông báo. Thời gian khắc phục theo quy định E-ĐKC 23.5, E-ĐKC 23.6. Nếu quá thời gian khắc phục mà nhà thầu vẫn không khắc phục được, Nhà thầu phải đổi mới thiết bị. Việc nghiệm thu thiết bị đổi mới được tính lại từ ngày Chủ đầu tư nhận được thiết bị đổi mới. Nếu thiết bị đổi mới không đáp ứng yêu cầu trong thời gian nghiệm thu thì Chủ đầu tư sẽ xem xét không tiếp nhận thiết bị và Nhà thầu sẽ bị phạt 8% giá trị hàng hóa vi phạm.

- Trong trường hợp Nhà thầu không thể thực hiện đúng thời gian theo quy định tại Mục 23.5 và mục 23.6 E-ĐKCT thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với 0.1% giá trị vi phạm/tuần cho đến khi nội dung công việc

đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 8% giá trị vi phạm. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 29 E-ĐKC.