

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm máy sắc thuốc phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC HẢI LĂNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về Quản lý Trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị Y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 673/QĐ- UBND ngày 28/03/2024 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ- UBND ngày 01/7/2025 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Trị về việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ -TTYT ngày 03/10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Gói thầu mua sắm máy sắc thuốc phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng”;

Căn cứ quyết định số 403/QĐ-TTYT ngày 08/10/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu mua sắm máy sắc thuốc phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng;

Căn cứ E-HSMT gói thầu mua sắm máy sắc thuốc phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thông báo số IB2500439656 ngày 07/10/2025;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại tờ trình số 146/TTr-TCGĐT ngày 08/10/2025 về việc đề nghị sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm máy sắc thuốc phục vụ

công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng đã được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 08/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu: Mua sắm máy sắc thuốc phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế khu vực Hải Lăng đã được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo số thông báo IB2500439656 ngày 07/10/2025 với nội dung sửa đổi như sau:

Tại bảng “Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể - 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật- Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật- Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT”.

Nội dung đã phát hành:

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Máy sắc thuốc đông y	Máy	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001. - Điện nguồn sử dụng: 3pha/380V-50Hz/TT/PE - Điều kiện môi trường: + Thiết bị có thể hoạt động tốt ở 20°C – 40°C. + Độ ẩm 60% - 70%. <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy sắc kèm cáp nguồn: 01 bộ. - Số lượng âm: 24 âm. - Màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch: 1 cái - Số lượng âm sắc thuốc tối đa: 24 âm/lần. - Số lượng âm sắc tối thiểu: 6 âm/lần. - Dây nối đất dài ≥ 6m: 01 chiếc. - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 quyển <p>3. Tính năng, thông số kỹ thuật:</p> <p>- Điều khiển: Hệ thống điều khiển được lập trình và điều khiển tự động thông qua bộ điều khiển PLC và màn hình cảm ứng màu. Có khả năng lập trình điều khiển và mở rộng. Thông tin hiển thị như: nhiệt độ, các chương trình sắc thuốc, trạng thái của chu trình, các thông báo lỗi nhiệt độ, thời gian, nguồn điện, đèn báo.... Có thể cài đặt chương trình sắc thuốc, thời gian theo yêu cầu của người sử dụng</p>	39.000

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
			<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị an toàn: Cảm biến nhiệt độ cắt toàn bộ hệ thống khi quá nhiệt, đồng hồ thời gian, rơ le bảo vệ khi quá tải... - Phương pháp sắc: Đun trực tiếp. - Kích thước âm sắc thuốc: $\geq 12\text{cm} \times 15\text{cm} \times 22\text{cm}$ (ĐK×ĐK×C) - Dung tích âm: 1,5-2,5 lít. - Vật liệu: INOX 304 - Công suất máy: 15-25KW. - Nhiệt độ làm việc ban đầu: $\sim 200^{\circ}\text{C}$. - Nhiệt độ duy trì: $80^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$ - Thời gian sôi: Khoảng 30 - 45 phút. - Cài đặt thời gian sắc: 0 - 6 giờ. - Lượng thuốc sau khi sắc: 150 – 250ml. - Nguồn nhiệt cung cấp: Điện trở khô. - Phạm vi bảo ôn: Nấp 3 lớp, thân 3 lớp. 	

Nội dung yêu cầu sửa đổi lại:

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Máy sắc thuốc đông y	Máy	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%. - Năm sản xuất: 2025 - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, ISO 9001. - Điện nguồn sử dụng: 3pha/380V- 50Hz/TT/PE - Điều kiện môi trường: + Thiết bị có thể hoạt động tốt ở $20^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm 60% - 70%. <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy sắc kèm cáp nguồn: 01 bộ. - Số lượng âm: 24 âm. - Màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch: 1 cái - Số lượng âm sắc thuốc tối đa: 24 âm/lần. - Số lượng âm sắc tối thiểu: 6 âm/lần. - Dây nối đất dài $\geq 6\text{m}$: 01 chiếc. - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 quyển <p>3. Tính năng, thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều khiển: <p>Hệ thống điều khiển được lập trình và điều khiển tự động thông qua bộ điều khiển PLC và màn hình cảm ứng màu. Có khả năng lập trình điều khiển và mở rộng. Thông tin hiển thị như: nhiệt độ, các</p>	1

STT	Tên hàng hóa mời thầu	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
			chương trình sắc thuốc, trạng thái của chu trình, các thông báo lỗi nhiệt độ, thời gian, nguồn điện, đèn báo.... Có thể cài đặt chương trình sắc thuốc, thời gian theo yêu cầu của người sử dụng - Thiết bị an toàn: Cảm biến nhiệt độ cắt toàn bộ hệ thống khi quá nhiệt, đồng hồ thời gian, rơ le bảo vệ khi quá tải... - Phương pháp sắc: Đun trực tiếp. - Kích thước âm sắc thuốc: $\geq 12\text{cm} \times 15\text{cm} \times 22\text{cm}$ (ĐK×ĐK×C) - Dung tích âm: 1,5-2,5 lít. - Vật liệu: INOX 304 - Công suất máy: 15-25KW. - Nhiệt độ làm việc ban đầu: $\sim 200^{\circ}\text{C}$. - Nhiệt độ duy trì: $80^{\circ}\text{C} - 150^{\circ}\text{C}$ - Thời gian sôi: Khoảng 30 - 45 phút. - Cài đặt thời gian sắc: 0 - 6 giờ. - Lượng thuốc sau khi sắc: 150 – 250ml. - Nguồn nhiệt cung cấp: Điện trở khô. - Phạm vi bảo ôn: Nắp 3 lớp, thân 3 lớp.	

Ngoài các nội dung nêu trên, các nội dung khác trong E-HSMT đã được đăng tải của E-HSMT số thông báo IB2500439656 phát hành ngày 07/10/2025 không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng khoa Dược, Trưởng phòng TCKT và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban giám đốc;
- Lưu: VT, KD, TCG.

GIÁM ĐỐC

Hồ Văn Lộc