

Số: /QĐ-BQLDA

Gia Lai, ngày 10 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế thuộc
kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện 331.**

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 417/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Nghị quyết số 372/NQ-HĐND ngày 10/07/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự án Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Thông báo số 55/SXD-QLXD ngày 19/9/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai V/v thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BQLDA ngày 01/10/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện 331;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2025 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai về việc E-HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện 331;

Trên cơ sở tờ trình số 29/TTr-QLDA3 ngày 05/12/2025 của Trưởng phòng Quản lý dự án 3 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Bệnh viện 331

Xét đề nghị của Phòng Quản lý dự án 3.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Bệnh viện 331 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các Phòng chuyên môn, đơn vị Tư vấn đấu thầu, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, Giám đốc đơn vị Tư vấn đấu thầu, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Giám đốc;
- Lưu VT, KHTC, QLDA3 (dungdnn).

GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Điệp

PHỤ LỤC

(Đính kèm Quyết định số: /QĐ-BQLDA ngày 10/12/2025)

Hạng mục số	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan	Thông số kỹ thuật điều chỉnh Chương V của E-HSMT
1	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động ≥ 400 test/giờ	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Phương pháp đo: So màu; Điểm cuối; Động học; Thời gian cố định; Độ đục; Ngung kết latex; Enzym miễn dịch đồng nhất; Điện cực chọn lọc (Đối với xét nghiệm điện giải). - Khả năng chứa mẫu của rotor: ≥ 115 mẫu - Thẻ tích hút mẫu: trong khoảng $\leq 1.5 \mu\text{l}$ đến $\geq 35 \mu\text{l}$ - Nhiệt độ ngăn làm mát: từ ≤ 2 độ C đến ≥ 12 độ C - Thẻ tích hóa chất R1 từ $\leq 20 \mu\text{l}$ đến $\geq 350 \mu\text{l}$ - Thẻ tích hóa chất R2 từ $\leq 20 \mu\text{l}$ đến $\geq 350 \mu\text{l}$ - Rửa kim hút bằng công nghệ rửa áp suất cao cho thành bên trong, phun tia cho thành bên ngoài bằng công nghệ xử lý nano, giảm thiểu ô nhiễm chéo Rotor phản ứng - Số lượng giếng phản ứng: ≥ 120 - Nhiệt độ rotor phản ứng 37 độ C $\pm \leq 0.1$ độ C - Có xử lý nước thải: 2 bước cho nước thải có nồng độ cao và thấp, báo động mức dịch thải
2	Máy xét nghiệm huyết học tự động trên 28 thông số	III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Phân tích được ≥ 29 thông số huyết học trong đó ≥ 5 thành phần bạch cầu

		<ul style="list-style-type: none"> - Các thông số tối thiểu gồm: RBC, MCV, HCT, RDW-SD*, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC - PLT, MPV, PCT*, PDW*, P-LCC*, P-LCR* - WBC, LYM#, LYM%, MON#, MON%, NEU#, NEU%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%, AL#*, AL%*, IG#*, IG%*
3	Máy xét nghiệm tự động HbA1c	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian phân tích $\leq 24s$/ mẫu - Công suất ≥ 150 mẫu/giờ - Thông số phân tích tối thiểu có: HbA1c, HbF, HbS, HbC - Dải đo: HbA1c: 3 – 20%; 9 – 195mmol/mol, HbF: 0 – 100% - Thể tích hút mẫu: $\geq 14 \mu l$ - Có khả năng nạp mẫu liên tục, với sức chứa ≥ 100 mẫu
5	Tủ lạnh âm sâu - 86 độ C	<p>III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có pin dự phòng ≥ 52 giờ, pin sạc 12V
6	Tủ lạnh lưu bệnh phẩm	<p>III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hệ thống báo động khi: Mất điện, không đóng kín cửa, nhiệt độ cao - thấp.
7	Đèn điều trị vàng da	<p>III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn sáng điều trị vàng da: ≥ 8 bóng LED xanh và 2 LED trắng - Khoảng bước sóng: $\leq 400 - \geq 550$ nm - Độ ồn: ≤ 21 dB - Quang phổ bức xạ: 60 uW/cm²/nm ở 40 cm, Thấp: 25-35 uW/cm²/nm $\pm 10\%$, Trung bình: 35-45 uW/cm²/nm $\pm 10\%$, Cao: 45-60 uW/cm²/nm $\pm 10\%$ - Thời gian cài đặt: 30 đến 120 phút mỗi bước 30 phút
9	Máy doppler tim thai	<p>III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải đo nhịp tim thai: ≤ 50 đến ≥ 240 nhịp/phút - Độ chính xác: $\pm \leq 2$ nhịp/ phút

10	Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
11	Lồng ấp trẻ sơ sinh	III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Hiện thị các thông số tối thiểu có: Nhiệt độ không khí, Nhiệt độ da, Nhiệt độ cài đặt, Phần trăm độ ẩm, Phần trăm độ ẩm cài đặt, Phần trăm SP02, nhịp xung mỗi phút, Phần trăm Oxy. - Dải điều khiển: Từ $\leq 34^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 37^{\circ}\text{C}$. - Độ chính xác: $\pm \leq 5\%$. - Dung tích khay chứa nước: ≥ 1.500 ml.
13	Máy đo điện não ≥ 32 kênh	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Mẫu: ≥ 36 chương trình dựng hình.
14	Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Có khả năng thay đổi độ cứng phần thân ống soi 3 chế độ - Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự thường: ≤ 3 mm $\rightarrow \geq 100$ mm - Kích thước: ≥ 32 inch.
16	Đèn mở treo trần 2 chóa (≥ 160.000 lux + 160.000 lux)	III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Nhiệt độ màu: $\leq 3500\text{K}$ đến $\geq 5100\text{K}$. - Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 99 .
18	Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

20	Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
21	Bộ đại phẫu	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
22	Bộ dụng cụ phẫu thuật mổ lấy thai	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
30	Hệ thống CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Tốc độ quay nhanh nhất: ≤ 0.98 giây/vòng 360 độ - Dòng bóng: $\leq 10 - 200$ mA - Chiều dài trường chụp tối đa: ≥ 1350 mm Trạm điều khiển - Tốc độ thu hình tối đa: ≥ 15 image/s - Ma trận tái tạo: $\geq 512 \times 512$ - Độ dày 1 lát cắt mỏng nhất: ≤ 1.0 mm - Màn hình: ≥ 1 màn hình ≥ 19 inch - Độ phân giải màn hình: $\geq 1280 \times 1024$
32	Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi xoang	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
33	Bộ soi treo thanh quản	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7

34	Sinh hiển vi khám mắt	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7
36	Bộ đèn soi đáy mắt	I. YÊU CẦU CHUNG Xuất xứ: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7