

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về kỹ thuật.

STT	Nội dung đánh giá		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
<b>I</b>	<b>Tiến độ, địa điểm cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan</b>		
1	Ngày giao hàng do nhà thầu đề xuất	≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	<b>Đạt</b>
		> 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	<b>Không đạt</b>
2	Địa điểm cung cấp hàng hóa	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bảo Thắng, địa chỉ: SN 299 đường CMT8, xã Bảo Thắng, Lào Cai	<b>Đạt</b>
		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
<b>II</b>	<b>Khả năng cung cấp các dịch vụ liên quan</b>		
1	Đào tạo chuyên giao công nghệ, cung cấp dịch vụ sau bán hàng	E-HSDT có cam kết: - <i>Cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường</i> - <i>Cung cấp miễn phí bản quyền trọn đời cho các phần mềm của thiết bị</i> - <i>Cung cấp đầy đủ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q); bộ chứng từ nhập khẩu bao gồm: Tờ khai hải quan, Bill vận tải, Packing list hàng hóa, invoice... đối với các thiết bị nhập khẩu; Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ/phiếu xuất xưởng và chứng nhận chất lượng sản phẩm (hoặc tài liệu tương đương) đối với các thiết bị sản xuất trong nước khi giao hàng;</i> - <i>Vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử</i>	<b>Đạt</b>

		<p>dụng, hướng dẫn việc bảo quản và bảo trì, sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị sử dụng</p> <p>- Đối với hàng hóa nằm trong danh mục bắt buộc phải được kiểm định chất lượng theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế và Thông tư liên tịch số 05/VBHN-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ khoa học và công nghệ quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, nhà thầu phải cung cấp Giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm định được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động (bản gốc). Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.</p> <p>- Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao tối thiểu trong vòng 10 năm sau khi hết hạn thời gian bảo hành.</p>	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
2	Các yêu cầu về bảo hành, bảo trì, sửa chữa thay thế	<p>E-HSDT có cam kết:</p> <p>- Bảo hành tối thiểu: 24 tháng kể từ khi 2 bên ký kết biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị đưa vào sử dụng.</p> <p>- Bảo trì định kỳ 06 tháng 1 lần trong thời gian bảo hành.</p> <p>- Có kỹ sư trực điện thoại 24/7 để khắc phục sự cố ngay khi nhận được thông báo lỗi hỏng</p> <p>- Trường hợp không xử lý sự cố qua điện thoại được thì kỹ sư nhà thầu hoặc kỹ sư của văn phòng đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam phải có mặt tại địa</p>	<b>Đạt</b>

		<p>điểm lắp đặt hàng hóa trong thời gian 48 giờ (kể cả ngày nghỉ) để khắc phục sự cố.</p> <p>- Trường hợp linh kiện lỗi hỏng phải thay thế thì trong thời gian 03 ngày (kể cả ngày nghỉ) nhà thầu phải khắc phục xong để thiết bị vận hành.</p> <p>- Trường hợp những lỗi nghiêm trọng thì thời gian xử lý sự cố do hai bên thỏa thuận nhưng không được chậm hơn 30 ngày kể từ ngày phát sinh lỗi</p>	
		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
<b>III</b>	<b>Năng lực thực hiện gói thầu</b>		
1	Đủ điều kiện mua bán/sản xuất trang thiết bị y tế	Nhà thầu cung cấp Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với nhà thầu là thương mại)/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế (đối với nhà thầu là nhà sản xuất) hoặc tài liệu, thông tin khác tương đương chứng minh nhà thầu đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện mua bán/sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021	<b>Đạt</b>
		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
<b>IV</b>	<b>Thông tin, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa</b>		
	<b>Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa là thiết bị y tế</b>		
1	Bản phân loại thiết bị y tế	E-HSDT có Bản phân loại thiết bị y tế của các hàng hóa là thiết bị y tế	<b>Đạt</b>
		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
2	Số lưu hành của hàng hóa là thiết bị y tế	<p>- Số lưu hành của thiết bị y tế:</p> <p>+ Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B.</p> <p>+ Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D.</p>	<b>Đạt</b>

		Không đáp ứng yêu cầu trên	<b>Không đạt</b>
<b>Thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu</b>			
3	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	- Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thể hiện cụ thể các thông số kỹ thuật và các thông tin của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1.2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật ( <i>Nhà thầu có thể chào hàng hóa có các thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn</i> ) - Nhà thầu phải nộp bản scan có chữ ký và được đóng dấu của đại diện hợp pháp của nhà thầu và bản mềm word hoặc excel ( <i>Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác giữa bản scan và bản word/excel</i> )	<b>Đạt</b>
		Hàng hóa chào thầu có đặc tính, thông số kỹ thuật không đáp ứng hoặc có các thông tin sai lệch, không chính xác theo yêu cầu tại Mục 1.2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT.	<b>Không đạt</b>
4	Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa ( <i>nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại Chương V</i> )	- E-HSMT có tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa có thể là: hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, catalogue, tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn chất lượng... chứng minh hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. ( <i>Tài liệu chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn</i> )	<b>Đạt</b>
		Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.	<b>Không đạt</b>
5	Cơ sở bảo hành thiết bị y tế	- E-HSMT có thông tin cơ sở bảo hành hàng hóa (Cơ sở bảo hành phải được chủ sở hữu thiết bị y tế chứng nhận đủ năng lực bảo hành), gồm:	<b>Đạt</b>

		+ Tên liên hệ: + Chức vụ: + Địa chỉ: + Điện thoại: + E-mail:	
		Không có hoặc không đáp ứng yêu cầu (kể cả sau khi đã làm rõ)	<b>Không đạt</b>
<b>IV.</b>	<b>Các yêu cầu khác</b>		
1	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hoặc bị đánh giá về uy tín nhưng thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định tại mục E-CDNT 18.2	<b>Đạt</b>
		Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	<b>Không đạt</b>

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá là **Đạt**. Trường hợp nhà thầu **Không đạt** một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là **Không đạt** và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.