

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm đầu dò siêu âm tổng quát năm 2025 lần 2
- Tên gói thầu: Mua sắm đầu dò siêu âm tổng quát năm 2025 lần 2.
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ Tỉnh.
- Địa chỉ: Số 144A, đường Mai Văn Khai, Khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm, quy mô gói thầu: gói thầu: Mua sắm đầu dò siêu âm tổng quát năm 2025 lần 2 tại Số 144A, đường Mai Văn Khai, Khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1 Một số yêu cầu chung

- Hàng hóa do nhà cung cấp mới 100%.
- Có cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ) khi giao hàng.
- Có cam kết toàn bộ chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí thử nghiệm (nếu có) do nhà thầu chịu.
- Cam kết cử cán bộ có chuyên môn lắp đặt đầu dò mới vào máy, chuyển giao công nghệ cho cán bộ của chủ đầu tư khi nào hiểu biết hết các chức năng mới thôi.

2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các thông số kỹ thuật dưới đây

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật của hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
|-----|--|---|-----|----------|
| 1 | Đầu dò siêu âm tổng quát (Dùng cho máy siêu âm GE healthcare LOGIQ E9) | <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất : 2024 trở về sau. - Tình trạng mới 100 %. - Thông số kỹ thuật : + Công nghệ đầu dò đơn tinh thể + Công nghệ áp lạnh đầu dò + Băng thông : $\leq 1 - \geq 6$ MHz (từ nhỏ hơn hoặc bằng 1 MHz đến lớn hơn hoặc bằng 6 MHz) + Số chấn tử: ≥ 192 (lớn hơn hoặc bằng 192) - Thời gian bảo hành từ 6 tháng trở lên. - Đầu dò lắp vào máy phải đảm bảo sử dụng tương thích cho máy siêu âm GE healthcare LOGIQ E9 - Nhà thầu cử cán bộ có tay nghề để lắp đặt đầu dò vào máy. Sau đó vận hành thử để theo dõi, nếu máy bị trục trặc phải sửa chữa đến khi máy hoạt động bình thường mới thôi và nghiệm thu | Cái | 1.0 |

Khái niệm “Tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng tương đương với hàng hóa đã nêu.

3. Các yêu cầu khác

Có Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi cung cấp nêu tại Mẫu số 01A với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, nhà sản xuất (hãng sản xuất), thời gian giao hàng hóa phù hợp với yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Sau khi hoàn thành việc cung cấp, lắp đặt, tiến hành nghiệm thu chạy thử máy.