

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tóm tắt về dự toán mua sắm: Khí Ôxy và CO2 năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên;
- Gói thầu: Khí Ôxy và CO2 năm 2025-2027;
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
- Giá gói thầu: 6.245.580.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng);
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Phạm vi cung cấp hàng hóa và tiến độ cung cấp:
 - + Phạm vi cung cấp hàng hóa: Nêu tại Phạm vi cung cấp hàng hóa Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống).

Các nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu thông số kỹ thuật mặt hàng tham dự theo quy định.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: Thời gian cung ứng hàng hóa trúng thầu chậm nhất là 72 giờ sau khi nhận được dự trữ của bên mua (bằng fax hoặc điện thoại trong trường hợp khẩn cấp). Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch ... bắt buộc giao hàng tại kho của bên mua không quá 24 giờ. Nếu nhà thầu không cung ứng đủ hàng và đúng thời gian như quy định thì sẽ bị phạt theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết với bên mua.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tài liệu pháp lý lưu hành sản phẩm:

- Hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.
- Hàng hóa phải đáp ứng các thông số kỹ thuật theo yêu cầu trên ; đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp của hàng hóa theo quy định của E-HSMT.

Đối với yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu,... (nếu có) trong bảng Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" (Tương đương: Là những hàng hóa có cùng đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn của công nghệ, tính năng sử dụng, tương đương về chất lượng, thời gian sử dụng với hàng hóa mời thầu hoặc đáp ứng tốt hơn so với các yêu cầu tối thiểu đã được mô tả).

Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất trong nước;

Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương và được lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đối với hàng hoá nhập khẩu;

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố áp dụng.

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành.

Bảo hành bảo trì: Nhà thầu thực hiện cam kết như sau:

Sẵn sàng thực hiện: thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo sử dụng do lỗi kỹ thuật hoặc thu hồi vô điều kiện nếu hàng cung ứng xảy ra sự cố hoặc không đạt chất lượng theo như yêu cầu trong HSMT; khắc phục hậu quả về biến chứng gây ra cho người bệnh từ nguyên nhân kỹ thuật chế tạo.

Tài liệu đề xuất về kỹ thuật:

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue sản phẩm, đồng thời nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để phục vụ công tác đối chiếu tài liệu khi được Bên mời thầu yêu cầu.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/Quy cách
1	Khí Ôxy loại lớn	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy,% thể tích $\geq 99,6\%$, Bình ≥ 40 lít, chứa $\geq 6m^3$
2	Khí Ôxy loại nhỏ	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy,% thể tích $\geq 99,6\%$, Bình ≥ 15 lít, chứa $\geq 1,5m^3$
3	Ôxy lỏng	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy,% thể tích $\geq 99,6\%$
4	Khí CO2	TCCS

1.3. Yêu cầu khác

Nhà thầu kê khai các thông tin theo mẫu dưới đây để Bên mời thầu tiến hành đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật của sản phẩm dự thầu:

BẢNG BIỂU TỔNG HỢP KÊ KHAI VỀ MẶT KỸ THUẬT CÁC MẶT HÀNG DỰ THẦU
(Ngày tháng năm 2025)

Tên gói thầu: Khí Ôxy và CO2 năm 2025-2025

Tên Nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Fax:

Thông tin theo E-HSMT					Thông tin sản phẩm dự thầu						
Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật/Quy cách	ĐVT	Số lượng	Tên thương mại/ Chủng loại/ Mã hàng	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu	Hãng-Nước sản xuất	Số ĐKLH/ Giấy phép NK/ Tờ khai HQ (nếu có)	Phân loại TBYT (nếu có)	Quy cách	Đvt
1	Khí Ôxy loại lớn	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy,% thể tích $\geq 99,6\%$, Bình ≥ 40 lít, chứa $\geq 6m^3$	Bình	10.000							
2	Khí Ôxy loại nhỏ	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy,% thể tích $\geq 99,6\%$, Bình ≥ 15 lít, chứa $\geq 1,5m^3$	Chai	8.000							
3	Ôxy lỏng	Khí sử dụng trong y tế. Hàm lượng ôxy, % thể tích $\geq 99,6\%$	Kg	1.300.000							
4	Khí CO2	TCCS	Kg	2.200							