

II. NỘI DUNG điều chỉnh E-HSMT:

Nội dung điều chỉnh E-HSMT (kèm theo dự thảo E-HSMT) bao gồm:

- Điều chỉnh phụ lục Phần V E_HSMT, đối với các thông số kỹ thuật các thiết bị sau:

35. HỆ THỐNG NỘI SOI SIÊU ÂM DẠ DÀY-ĐẠI TRÀNG

E_HSMT (đã phát hành)		E_HSMT điều chỉnh

5	Ống nội soi dạ dày siêu âm linear	Ống nội soi dạ dày siêu âm linear

	- Hướng quét: vuông góc với hướng đưa vào	- Hướng quét: vuông góc hoặc song song với hướng đưa vào

6	Ống nội soi dạ dày siêu âm	Ống nội soi dạ dày siêu âm

	- Hướng quét: Song song với hướng đưa vào	- Hướng quét: vuông góc hoặc song song với hướng đưa vào

39. MÁY BƠM NƯỚC

E_HSMT (đã phát hành)		E_HSMT điều chỉnh

1	Máy bơm tưới rửa	Máy bơm tưới rửa

	- Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: ³ 650ml/ phút	- Tốc độ bơm tối đa cho kênh dụng cụ: \geq 650ml/ phút

- Các nội dung còn lại của Phụ lục Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật, thực hiện như cũ, không đổi.

- Các nội dung thay đổi và cập nhật mới Nhà thầu theo dõi trên HTMĐTQG theo Thông báo mời thầu điều chỉnh.