

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2025 (đợt 2).
- Tên gói thầu: “Gói KH2-H19: Dụng cụ đo lường thể tích chuyên dụng”.
- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 4 (271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

TT	Yêu cầu	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
1	Phạm vi cung cấp: Đáp ứng đúng yêu cầu tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa (webform trên Hệ thống) - Chương IV của E-HSMT	Đáp ứng	Không đáp ứng
2	Hàng hóa: Đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật cụ thể tại điểm b, khoản 1.2, Mục 1 Chương V của E-HSMT	Đáp ứng	Không đáp ứng
3	Giải pháp kỹ thuật, khả năng và biện pháp tổ chức cung cấp hàng hoá	Đáp ứng	Không đáp ứng
3.1	Giải pháp kỹ thuật: -Thông báo cho Trung tâm về tiến độ giao hàng, điều kiện bảo quản hàng hóa, lưu kho lại những hàng hóa khi Trung tâm có yêu cầu.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT

TT	Yêu cầu	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
3.2	Khả năng cung cấp hàng hóa: Cam kết đảm bảo cung cấp được các loại hàng hóa theo yêu cầu tại Điểm 3.3 của Bảng này và Bảng 1A- Phạm vi cung cấp hàng hóa. Thời gian bắt đầu giao hàng không chậm hơn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Hàng hóa được giao theo từng đợt với số lượng theo yêu cầu của Trung tâm. Trung tâm sẽ thông báo số lượng cụ thể trước 48 giờ bằng điện thoại/email.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
3.3	Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa: Có quy trình chi tiết về chuyển giao hàng hoá: Thông báo -> Phối hợp kiểm tra -> Bàn giao -> Nghiệm thu.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
4	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về đảm bảo chất lượng hàng hoá	Đáp ứng	Không đáp ứng
4.1	Đảm bảo tính an toàn và nguyên vẹn hàng hóa: Hàng hoá phải còn mới 100%, nguyên seal niêm phong, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất khi bàn giao.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
4.2	Đảm bảo chất lượng hàng hoá sau giao nhận tại phòng kiểm nghiệm: - Hàng hóa sẽ được Trung tâm với các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (hàng hóa phải còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên seal). - Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi, không đúng quy cách... (không đạt chất lượng theo như công bố của hãng sản xuất và yêu cầu kỹ thuật theo E-HSMT này).	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
4.3	Cam kết về thời gian bảo hành của sản phẩm:	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT

TT	Yêu cầu	Đánh giá	
		Đạt	Không đạt
	- Hàng hóa được bảo hành \geq 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu tại phòng thử nghiệm của Trung tâm.	câu của E-HSMT	theo yêu cầu E-HSMT
4.4	Hỗ trợ kỹ thuật: - Có cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng hàng hóa. - Nhà cung cấp có Trung tâm hiệu chỉnh và bảo dưỡng pipette tại Việt Nam.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
5.	Uy tín của nhà thầu	Đáp ứng	Không đáp ứng
5.1	Không có trường hợp không thương thảo hợp đồng hoặc có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
5.2	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu trong vòng 3 năm kể từ thời điểm đóng thầu.	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
6	Tài liệu kỹ thuật đi kèm	Đáp ứng	Không đáp ứng
6.1	Cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan đến hàng hóa khi giao hàng	Cung cấp giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không cung cấp giấy cam kết/Cung cấp nhưng không đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu E-HSMT
	Kết luận		

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

➤ Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật chung của hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “**đạt**”/“**không đạt**”

- Đánh giá “**đạt**”: Khi tất cả các hạng mục hàng hóa được đánh giá là “**đạt**”.

- Đánh giá “**không đạt**”: Khi có 01 (một) trong các hạng mục hàng hóa được đánh giá là “**không đạt**”.

➤ Tiêu chuẩn đánh giá đặc tính thông số kỹ thuật của mỗi hạng mục hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “**đạt**”/“**không đạt**”

- Đánh giá là “**đạt**”: Khi tại các mục đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho hàng hóa đó được đánh giá là “**đạt**” hoặc “**chấp nhận được**” (nếu có mục “**chấp nhận được**” không quá 30%/tổng các mục chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa đó).

- Đánh giá là “**không đạt**”: Khi 01 (một) trong các mục đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho hàng hóa đó được đánh giá là “**không đạt**” hoặc “**chấp nhận được**” (nếu có mục “**chấp nhận được**” vượt quá 30%/tổng các mục chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa đó).

➤ Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết đặc tính thông số kỹ thuật của từng hạng mục cho 01 hàng hóa được đánh giá theo tiêu chí “**đạt**”/“**không đạt**”/“**chấp nhận được**”

- Đánh giá “**đạt**”: Khi thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng bằng hoặc tốt hơn yêu cầu của E-HSMT.

- Đánh giá “**chấp nhận được**”: Khi hàng hóa chào thầu đáp ứng thấp hơn yêu cầu của E-HSMT nhưng không ảnh hưởng đến tính chất của hàng hóa

- Đánh giá “**không đạt**”: Khi hàng hóa chào thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

STT	Yêu cầu kỹ thuật Hàng hóa	Đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
1	Micropipette dung tích 2-20 µl Hoặc tương đương với Micropipette đơn kênh Eppendorf Research® plus, mã hàng 3123000233, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
1.1	Vật liệu để chế tạo xylanh: PPS hoặc tương đương.			
1.2	Vật liệu để chế tạo piston: PEI hoặc tương đương.			
1.3	Vật liệu chế tạo thân vỏ có khả năng chống UV, kháng hóa chất. Thân dưới pipet kháng hóa chất ăn mòn mạnh			
1.4	Có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ cao $\geq 120^{\circ}\text{C}$.			
1.5	Sai số hệ thống tại 20 µl: $\pm 1.0\%$			
1.6	Có nút loại bỏ đầu tip riêng, không tích hợp với nút phân phối thể tích. Lực thao tác thấp.			
1.7	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận			

STT	Yêu cầu kỹ thuật Hàng hóa	Đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
	CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
2	Micropipette dung tích: 10-100 µl Hoặc tương đương với Micropipette đơn kênh Eppendorf Research® plus, mã hàng 3123000241, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
2.1	Vật liệu để chế tạo xylanh: PPS hoặc tương đương.			
2.2	Vật liệu để chế tạo piston: PEI hoặc tương đương.			
2.3	Vật liệu chế tạo thân vỏ có khả năng chống UV, kháng hóa chất. Thân dưới pipet kháng hóa chất ăn mòn mạnh			
2.4	Có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ cao $\geq 120^{\circ}\text{C}$.			
2.5	Sai số hệ thống tại 100 µl: $\pm 0.8 \%$			
2.6	Có nút loại bỏ đầu tip riêng, không tích hợp với nút phân phối thể tích. Lực thao tác thấp.			
2.7	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
3	Micropipette dung tích: 20-200 µl Hoặc tương đương với Micropipette đơn kênh Eppendorf Research® plus, mã hàng 3123000250, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
3.1	Vật liệu để chế tạo xylanh: PPS hoặc tương đương.			
3.2	Vật liệu để chế tạo piston: PEI hoặc tương đương.			
3.3	Vật liệu chế tạo thân vỏ có khả năng chống UV, kháng hóa chất. Thân dưới pipet kháng hóa chất ăn mòn mạnh			
3.4	Có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ cao $\geq 120^{\circ}\text{C}$.			
3.5	Sai số hệ thống tại 200 µL: $\pm 0.8 \%$			
3.6	Có nút loại bỏ đầu tip riêng, không tích hợp với nút phân phối thể tích. Lực thao tác thấp.			

STT	Yêu cầu kỹ thuật Hàng hóa	Đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
3.7	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
4	Micropipette dung tích: 100-1000 µl Hoặc tương đương với Micropipette đơn kênh Eppendorf Research® plus, mã hàng 3123000268, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
4.1	Vật liệu để chế tạo xylanh: PPS hoặc tương đương.			
4.2	Vật liệu để chế tạo piston: PEI hoặc tương đương.			
4.3	Vật liệu chế tạo thân vỏ có khả năng chống UV, kháng hóa chất. Thân dưới pipet kháng hóa chất ăn mòn mạnh			
4.4	Có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ cao $\geq 120^{\circ}\text{C}$.			
4.5	Sai số hệ thống tại 1000 µl: $\pm 0.8\%$			
4.6	Có nút loại bỏ đầu tip riêng, không tích hợp với nút phân phối thể tích. Lực thao tác thấp.			
4.7	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
5	Micropipette dung tích: 0.5-5ml hoặc tương đương với Micropipette đơn kênh Eppendorf Research® plus, mã hàng 3123000276, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
5.1	Vật liệu để chế tạo xylanh: PPS hoặc tương đương.			
5.2	Vật liệu để chế tạo piston: PEI hoặc tương đương.			
5.3	Vật liệu chế tạo thân vỏ có khả năng chống UV, kháng hóa chất. Thân dưới pipet kháng hóa chất ăn mòn mạnh			
5.4	Có thể hấp khử trùng ở nhiệt độ cao $\geq 120^{\circ}\text{C}$.			
5.5	Sai số hệ thống tại 5ml: $\pm 0.6\%$			

STT	Yêu cầu kỹ thuật Hàng hóa	Đánh giá		
		Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
5.6	Có nút loại bỏ đầu tip riêng, không tích hợp với nút phân phối thể tích. Lực thao tác thấp.			
5.7	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
6	Multipette cơ học Hoặc tương đương với Multipette M4, mã hàng 4982000314, hãng Eppendorf, hoặc đáp ứng các yêu cầu sau:			
6.1	Có khả năng phân phối lặp đi lặp lại chuỗi thể tích dài, Dải thể tích phân phối: 1ul - 10ml			
6.2	Có chức năng điều chỉnh thể tích.			
6.3	Màn hình có hiển thị số lần phân phối dung dịch cao nhất tương ứng với thể tích cài đặt. Có cảm biến tắt khi không sử dụng.			
6.4	Có khả năng tương thích nhiều loại tip với các thể tích khác nhau: 0.1-50mL, tự động nhận diện đầu tip và hiển thị thể tích trên màn hình; Sử dụng được với Combitips advanced của hãng Eppendorf			
6.5	Cam kết cung cấp kèm theo giá đỡ			
6.6	Các thông số kỹ thuật của hàng hóa phải do nhà sản xuất công bố (có giấy chứng nhận CoA (Certificates of analysis) kèm theo) hoặc cung cấp đường dẫn xác minh trên website của nhà sản xuất.			
	Kết luận	Đạt/ không đạt		

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

1.3. Các yêu cầu khác: Không

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm sau bán hàng, kiểm tra nghiệm thu:

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp lại hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng hóa bị lỗi (không đúng quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của Nhà sản xuất và theo yêu cầu của E-HSMT...).

- Yêu cầu về kiểm tra nghiệm thu: Hàng hóa sẽ được chủ đầu tư và các bên liên quan kiểm tra bằng các cách thức thích hợp (Hàng hóa phải còn nguyên đai nguyên kiện, có đầy đủ chứng từ kèm theo ..., kiểm tra số lượng, kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của hàng hóa theo bảng yêu cầu chi tiết kỹ thuật của E-HSMT và của hợp đồng...) khi giao nhận tại địa điểm do bên sử dụng đề xuất. Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, chất lượng, quy cách hai bên phải lập biên bản. Khi đó, chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng. Nhà thầu phải thực hiện việc đổi, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này chậm nhất trong vòng 48 giờ và phải chịu mọi chi phí cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.