

Số: 683/QĐ-BKVI

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC I TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 30/6/2025; Số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 Về quản lý thiết bị y tế; Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 30/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế”;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 29/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”;

Căn cứ Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt dự án thành phần: Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”;

Căn cứ Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2026”;

Căn cứ Quyết định các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh: Số 518/QĐ-BKVI ngày 20/5/2026 “V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 5) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”; Số 519/QĐ-BKVI ngày 20/5/2026 “V/v Phê duyệt dự toán gói thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 5) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”; Số 566/QĐ-BKVI ngày 29/5/2026 “V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 5) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”; Số 616/QĐ-BKVI ngày 11/6/2026 “V/v Phê duyệt điều chỉnh dự toán Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 5) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”; Số 646/QĐ-BKVI ngày 17/6/2026 “V/v Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện đầu tư (đợt 5) thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”;

Căn cứ Tờ trình số 17-4/TVVL ngày 24/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn Vạn Long “V/v đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”;

Căn cứ Văn bản số GN18.2026/CV ngày 24/6/2026 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Gia Nguyễn “V/v đồng ý nội dung sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II)”;

Xét đề nghị của Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Đường sắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 19: Mua sắm thiết bị chuyên dùng thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (Giai đoạn II) với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi E-HSMT:

1.1. Lý do sửa đổi: Điều chỉnh một số nội dung của yêu cầu kỹ thuật nhằm tăng tính cạnh tranh trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

1.2. Nội dung sửa đổi: *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

2. Thời điểm đóng thầu: Gia hạn thời điểm đóng thầu theo thời gian đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên Theo Quyết định số 566/QĐ-BKVI ngày 29/5/2026 và Quyết định số 646/QĐ-BKVI ngày 17/6/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - Đường sắt, Công ty cổ phần tư vấn Vạn Long và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Gia Nguyễn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc Ban (b/c);
- Lưu: VT, KHKTTĐS-2.10.

Ký bởi: Vũ Thị Ngoan Anh

Phạm Mạnh Hùng

Ký bởi: Từ Minh Thành

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Thành Hưng



PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

(Kèm theo Quyết định số 683/QĐ-BKVI ngày 24/6/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh)

STT	Nội dung	Nội dung E-HSMT được duyệt tại Quyết định số 566/QĐ-BKVI ngày 29/5/2026 và Quyết định số 646/QĐ-BKVI ngày 17/6/2026		Nội dung E-HSMT sau sửa đổi	
1	Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT	15	MÁY HẠ THÂN NHIỆT	15	MÁY HẠ THÂN NHIỆT
			Màn hình màu: > 5,7 inches, cảm ứng		Màn hình màu: $\geq$ 5,7 inches, cảm ứng
			Tốc độ dòng chảy (lưu lượng): >1,2 lít/phút		Tốc độ dòng chảy (lưu lượng): $\geq$ 1,2 lít/phút
			Chân cắm đầu dò nhiệt độ: > 2 cái		Chân cắm đầu dò nhiệt độ: $\geq$ 2 đầu dò