

Số: 214. /QĐ-BVVB

Lào Cai, ngày 09 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh nội dung E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung lần 2, số TBMT: IB2500368045

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC VĂN BÀN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BVVB ngày 27/8/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn về việc phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế bổ sung lần 2;

Căn cứ TBMT số IB2500368045 đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung E-HSMT (số TBMT: IB2500368045) đã đăng tải, nội dung cụ thể như sau:

STT	Vị trí trong E-HSMT	Nội dung đã đăng tải	Nội dung sửa đổi
1	III. MÁY GIẶT VẮT CÔNG NGHIỆP/MỤC 3 CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT	3. Tính năng nổi bật <ul style="list-style-type: none">Lồng sấy làm từ chất liệu thép không gỉĐốt nóng bằng điệnHệ thống an toàn hạn chế hỏa hoạnKiểm soát dư ẩm (có sẵn với bộ vi xử lý OPL Đầy đủ) tránh tình trạng sấy quá độ, do đó làm giảm chi phí năng lượng và chi phí thay thế vải và tiết kiệm thời gian vận hành.Có đồng hồ hẹn giờKhí thổi xuyên trựcBộ lọc xơ vải lớn	3. Tính năng nổi bật <ul style="list-style-type: none">Công nghệ PowerWash: Cây đánh đồ được đục lỗ giúp quy trình xả hiệu quả hơn, góp phần giảm thiểu tiêu thụ nước và mang lại hiệu quả cao hơn.Đốt nóng bằng điệnLồng giặt cấu tạo tối thiểu bằng thép không gỉMáy có kết hợp vi xử lý Xcontrol hoặc tương đương dễ dàng và thao tác cho người sử dụng.Kích thước cửa mở lớn và góc mở rộng dễ dàng thao tác lấy đồ và cho đồ vàoPhần trước và phần bên

STT	Vị trí trong E-HSMT	Nội dung đã đăng tải	Nội dung sửa đổi
			<p>máy được thiết kế chắc chắn bằng thép không gỉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy có đầu chờ làm nóng nước bằng hơi - Dễ dàng tiếp cận tất cả những bộ phận quan trọng từ phía trước - Phễu chứa xà phòng tinh xảo
2	VIII. MÁY MỒ NỘI SOI TÁN SỎI BẰNG LASER /MỤC 3 CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT	<ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn tối thiểu ISO 13485, CE hoặc tương đương - Tuân thủ tiêu chuẩn: EN60601-1-2 hoặc tương đương 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ tiêu chuẩn: EN60601-1-2, IEC60601-2-22 hoặc tương đương

Lý do: Cập nhật nội dung E-HSMT đã đăng tải đúng dự thảo E-HSMT đã lập và được các bên liên quan thống nhất.

Điều 2. Căn cứ nội dung thông tin được điều chỉnh, các phòng chức năng, đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo quy định tại luật đấu thầu và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng (phó) các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Như Tuấn

Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC
VĂN BẢN
Cơ quan: SỞ Y TẾ, ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CÁI
Ngày ký: 09-09-2025 14:39:14 +07:00