

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt⁽¹⁾

STT	Vị trí công việc	Số lượng	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự	Chứng chỉ/Trình độ chuyên môn ⁽²⁾
1			tối thiểu __ năm hoặc tối thiểu __ hợp đồng	
2			tối thiểu __ năm hoặc tối thiểu __ hợp đồng	
3				
...				

Ghi chú:

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập Bảng này.

(2) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên môn.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt.

Nội dung đánh giá (Nhà thầu có thể chào tương đương hoặc tốt hơn)		Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt
A. YÊU CẦU CHUNG		
<ul style="list-style-type: none"> Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Nguồn điện sử dụng phù hợp với điện áp Việt Nam. 	Đáp ứng	Đạt
	Không đáp ứng	Không đạt
B. YÊU CẦU KỸ THUẬT		

MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU		
Nhà sản xuất máy chính phải đạt tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu ISO 13485 hoặc tương đương	Đáp ứng	Đạt
	Không đáp ứng	Không đạt
1. Cấu hình tối thiểu		
<ul style="list-style-type: none"> - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy quét mã vạch: 01 cái - Bộ ống dây dẫn chất lỏng: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Giấy in nhiệt: 05 cuộn - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in: 01 cái - Bộ lưu điện UPS online tối thiểu 2 kVA: 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ - Giao diện kết nối: Cổng USB, Cổng RS232, cổng LAN... .đồng bộ theo máy: 1 Bộ - Phụ kiện đi kèm theo máy gồm tối thiểu: Rack đựng bệnh phẩm, Bình rửa, Bình thải, Hộp que thử nước tiểu, Que thử chuẩn, Dung dịch rửa: 01 bộ - Thanh thử nước tiểu ≥ 11 thông số: 02 hộp 	Đáp ứng	Đạt
	Không đáp ứng	Không đạt
2. Thông số kỹ thuật tối thiểu		
<ul style="list-style-type: none"> - Chủng loại: Máu xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn - Các thông số xét nghiệm thực hiện được trên máy tối thiểu có: Urobilinogen (UBG), bilirubin (BIL), ketone (KET), máu (BLD), protein (PRO), nitrite (NIT), leukocyte (LEU), glucose (GLU), giá trị pH (pH), tỷ trọng (SG), Ascorbic Acid (VC), Microalbumin (MALB). - Nguyên lý xét nghiệm: Phản xạ quang học hoặc tương đương - Công suất: ≥ 240 mẫu/giờ - Màn hình hiển thị: Màn hình màu, cảm ứng ≥ 7 inch - Mẫu nạp tối đa: ≥ 50 mẫu - Khả năng lưu trữ: ≥ 20.000 kết quả - Hộp chứa thanh thử: ≥ 200 thanh thử 	Đáp ứng	Đạt
	Không đáp ứng	Không đạt

<ul style="list-style-type: none"> - Có máy quét mã vạch tích hợp sẵn trên máy, mã vạch có thể đọc tự động. - Hỗ trợ kết nối: <ul style="list-style-type: none"> + LIS + Máy quét mã vạch cầm tay + Máy in ngoài - Máy tính: <ul style="list-style-type: none"> + Hệ điều hành: Windows 10 trở lên + Bộ xử lý: Intel Core i5 hoặc tốt hơn + RAM: ≥ 8 GB + Ổ cứng: ≥ 250 GB + Màn hình: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inches + Bàn phím, chuột - Máy in <ul style="list-style-type: none"> + Khô giấy in: A4 + Tốc độ: ≥ 12 trang/phút + Độ phân giải: $\geq 600 \times 600$ dpi - Kết nối được với LIS hoặc kết nối bệnh án điện tử của bệnh viện 		
--	--	--

Để phục vụ cho công tác đánh giá về mặt kỹ thuật, đề nghị nhà thầu trình bày, sắp xếp các thư mục đề xuất kỹ thuật như sau:

1. Biểu mẫu thông tin của hàng hóa dự thầu theo các thông tin sau (*nhà thầu kết xuất ra file Excel hoặc Word*):

STT	Số phần/lô (nếu có)	Tên hàng hóa theo E-HSMT	Tên thương mại (nếu có)	Model (ký mã hiệu)	Mô tả kỹ thuật	Số đăng ký lưu hành/GPNK	Phân loại TTBYT	Hãng sản xuất (hãng sở hữu)	Nước sản xuất	Thông tin khác (nếu có)
1										
2										
...										
n										

2. Các thư mục phải bày cụ thể, riêng cho mỗi hàng hóa hoặc các hàng hóa cùng hãng sản xuất (hoặc đơn vị phân phối, nhập khẩu), mỗi thư mục phải bao gồm đầy đủ các nội dung sau:

- + STT hàng hóa theo E-HSMT (có thể đặt tên thư mục hoặc tên file)
- + Số đăng ký lưu hành/GPNK của hàng hóa

+ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật chứng nhận về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng... của hàng hóa chào thầu.

+ Các tài liệu khác (nếu có)

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp áp dụng để đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất. Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT;

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.