



PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI E-HSMT

gọi thầu Mua sắm thiết bị cho TT chẩn đoán hình ảnh & điện quang can thiệp và thiết bị phẫu thuật thuộc dự toán Mua sắm trang thiết bị từ nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện

(kèm theo Quyết định số 98/QĐ-BV ngày 15 tháng 9 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Vị trí trong E-HSMT	Nội dung trong E-HSMT	Nội dung điều chỉnh
I	CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT			
Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật				
Phần 2: Máy chụp X quang C-arm kỹ thuật số				
1	Bóng X quang	Mục 2.4	- Tiêu điểm lớn: \geq 1.0 mm	- Tiêu điểm lớn: \leq 1.0 mm
2	Bộ lưu hình ảnh và kết nối DICOM	Mục 4.5	- Lưu trữ được: \geq 300.000 ảnh	- Lưu trữ được: \geq 30.000 ảnh