

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Phạm vi cung cấp

1.1. Yêu cầu về kỹ thuật

Giường cấp cứu:

- Khung giường: 01 bộ. Làm bằng thép;
- Hộc giường: 02 chiếc. Làm bằng nhựa, có thể lắp và tháo rời dễ dàng. Tích hợp sẵn mỗi đầu giường 2 lỗ cắm cọc truyền dịch;
- Bánh xe: 04 chiếc. Loại chuyên dụng, chống mài mòn, có thể xoay 360°, có khoá 4 bánh, phanh hãm bánh bằng một chạm;
- Thành chắn: 02 chiếc. Có thể gấp sát thành giường. Mỗi thành chắn bên có thành chắn dọc, có khoá để cố định vị trí hoặc mở ra khi không sử dụng;
- Đệm giường: 01 chiếc. Dày khoảng 80mm;
- Cơ cấu nâng hạ: 03 mô tơ. Nâng hạ các tư thế giường gián tiếp nhờ hệ thống mô tơ. Tất cả các chức năng của giường được điều khiển bằng thiết bị tự động và được kích hoạt bởi bộ điều khiển cầm tay; Nâng lưng và nâng đầu tối đa: $\geq 70^\circ$; Nâng chân: $\geq 30^\circ$;
- Bàn ăn: 01 chiếc. Giường được tích hợp bàn ăn, cơ động xếp gọn gàng khi không sử dụng;
- Cọc truyền: 01 chiếc. Lắp ở đầu giường, làm bằng chất liệu inox, phía trên có các móc treo lọ truyền dịch, chiều cao $\geq 1.000\text{mm}$ (so với giát giường);
- Bảng công khai thước: 01 chiếc;
- Điều chỉnh độ cao: Từ 400 đến $\geq 700\text{ mm}$
- Tải trọng giường $\geq 200\text{kg}$.
- Kích thước tổng thể: $\geq (2000 \times 900)\text{ mm}$

Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật cao hơn. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

1.2. Các yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng

Mục 2. Bản vẽ

Không áp dụng

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Không áp dụng