

PHẠM VĂN BẦY
Ngày.... tháng.... năm 2025

YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ CUNG CẤP
DỊCH VỤ: SỬA CHỮA ỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA CHO BP. NS, KHOA CDHA-XN-NS

1. MỤC ĐÍCH:

1.1. Mục đích:

Sửa chữa ống soi đại tràng (Model: CF- EZ1500DI) của hệ thống nội soi tiêu hóa (Model: CV-1500, hãng nước sản xuất: Olympus – Nhật Bản) nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT.

1.2. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

- Nhiệt độ môi trường đến: 25°C.
- Độ ẩm tương đối đến: 80%.

2. YÊU CẦU CHUNG:

2.1. Nhà thầu sửa chữa phải có giấy phép kinh doanh; là đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc có giấy ủy quyền của hãng hoặc có giấy ủy quyền của đại lý chính hãng hoặc có kinh nghiệm về sửa chữa các ống nội soi...(Cung cấp các tài liệu để chứng minh)

2.2. Nhân viên thực hiện việc sửa chữa ống soi phải có hợp đồng lao động với nhà thầu hoặc nhà sản xuất/ hãng sản xuất/ đại lý phân phối; có trình độ tối thiểu đại học khối kỹ thuật; có chứng chỉ đào tạo về hệ thống thiết bị chào cùng cấp dịch vụ hoặc có chứng chỉ đào tạo về hệ thống thiết bị tương tự...(Cung cấp hồ sơ, tài liệu để chứng minh).

2.3. Công tác nghiệm thu chỉ được tiến hành khi ống nội soi của TTYT đi vào hoạt động ổn định.

2.4. Các vật tư, phụ tùng thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ghi rõ trong Hồ sơ chào thầu và khi giao hàng phải cung cấp các chứng chỉ về nguồn gốc, chứng nhận chất lượng của vật tư thay thế.

2.5. Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng (được tính kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu).

2.6. Trước khi tiến hành dịch vụ, nhà thầu phải có thông báo bằng văn bản tối thiểu 02 ngày cho TTYT, trong thông báo cần nêu rõ thời gian và nhân sự tiến hành bảo dưỡng (Nhân viên phải có tên trong hồ sơ chào thầu; Trong trường hợp có thay đổi về nhân sự, nhà thầu phải có văn bản và bổ sung hồ sơ để chứng minh năng lực của kỹ thuật viên), để TTYT có kế hoạch phối hợp.

2.7. Trong thời gian bảo hành, khi nhân viên Trung Tâm Y Tế phát hiện thấy sự bất thường hoặc những hư hỏng của máy sẽ thông báo cho nhà thầu bằng điện thoại, Email hoặc Fax, trong vòng 48h phải cử cán bộ kỹ thuật tới TT Y tế Vietsovpetro để kiểm tra sửa chữa (trong giờ hành chính).



3. DANH MỤC THIẾT BỊ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC & THỜI HẠN HOÀN THÀNH:

3.1 Danh mục thiết bị và Nội dung công việc:

STT	Tên thiết bị/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Tình trạng thiết bị và nội dung công việc	Ghi chú
1	Sửa chữa ống nội soi tiêu hóa (Ống đại tràng). Model: CF- EZ1500DI S/N: 2201388	Cái	01	Tình trạng thiết bị: <ul style="list-style-type: none">- Góc uốn cong không đủ 150°/ 180° (theo tiêu chuẩn 180° +5/-10).- Bộ phận uốn cong nặng (90 cNm).- Thân ống soi bị xước.- Xylanh hút bị mòn.- Thiết bị hoạt động không ổn định Nội dung công việc, cung cấp và lắp đặt các vật tư: <ul style="list-style-type: none">- Toàn bộ thân ống nội soi không tích hợp chip thu hình: 01 cái- Xylanh hút: 01 cái.- Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01 cái.- Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01 cái.- Vòi phun khí nước: 01 cái.- Đai ốc: 01 cái.- Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi: 02 cái.- Nắp đậy đầu ống soi: 01 cái- Khắc phục các lỗi khác (nếu có) để thiết bị hoạt động ổn định.	

3.2 Thời hạn hoàn thành dịch vụ: Tối đa **60 ngày**, kể từ ngày ký hợp đồng.

3.3. Địa điểm thực hiện và trả bảo hành: Tại phòng Lab của nhà thầu hoặc TTYT (số 02 Pasteur, P. Tam Thăng, TP. Hồ Chí Minh)

Lưu ý:

– Các vật tư hỏng, thuộc tài sản của TTYT, sau khi hoàn tất công việc, Nhà thầu phải bàn giao lại cho TTYT.

– Nhà thầu được phép khảo sát thiết bị trước khi chào cung cấp dịch vụ.

4. GIÚP ĐỠ KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU:

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sau khi sửa chữa.
- Hướng dẫn sử dụng lại cho các Bác sĩ, KTV.

5. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:

– Nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị lao động cho nhân viên khi tiến hành công việc, chịu trách nhiệm về an toàn cho các nhân viên khi thực hiện công việc và tuân thủ nội quy, quy định của TT Y tế cũng như tuân thủ các công tác an toàn của Vietsovpetro.

6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT

– Các chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá theo chào toàn bộ Danh mục dịch vụ và số lượng thiết bị, Bảng tiêu chí đánh giá kỹ thuật đính kèm.

Những người soạn thảo ký:

Khoa CDHA-XN-NS

Signed by: Lê Chung
Date: 10/10/2025 08:18:59
Certified by: Vietsovpetro CA _____ **Lê Chung**

BP. VTTB

Signed by: Vũ Đức Hải
Date: 10/10/2025 07:25:03
Certified by: Vietsovpetro CA _____ **Vũ Đức Hải**





DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Sửa chữa ống nội soi tiêu hóa cho Vr. NS khoa
SĐHA-XN-NS / Ремонт для гастроэнтероскопии для отделения рентгенологической и лабораторной
диагностики

Số ĐHXN - № заявки: DN.TTYT-0177/25-TDV

STT П/п	Mã Vật Tư Код МТР	Tên VTTB/dịch vụ (Việt/Nga hoặc Anh) Наименование МТР/услуг (вьетнам./русс. или англ.)	Đặc Tính Kỹ Thuật Технические характеристики	ĐVT Ед. Изм.	Số Lượng Кол-во	Ghi Chú Примечание
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
II. DỊCH VỤ						
1	998.003.00001	Sửa chữa ống nội soi tiêu hóa (Ống đại tràng) /Ремонт эндоскопа для обследования желудочно-кишечного тракта (колоноскоп) Model: CF- EZ1500DI. S/N: 2201388 Cung cấp và lắp đặt các vật tư bao gồm : - Toàn bộ thân ống nội soi không tích hợp chíp thu hình: 01 cái - Xylanh hút: 01 cái.- Nắp đậy bộ phận điều khiển: 01cái. - Bộ phận bảo vệ thân ống soi: 01cái. - Vòi phun khí nước: 01 cái. - Đai ốc: 01 cái. - Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi:02 cái. - Nắp đậy đầu ống soi: 01 cái - Khắc phục các lỗi khác (nếu có)để thiết bị hoạt động ổn định.		Package	1,00	

(*): New items

Giám đốc XN - Директор Предприятия

Signed by: Nguyễn Văn Hiệp
Date: 22/10/2025 16:30:07
Certified by: Vietsovpetro CA

Thỏa thuận / Согласовано:

P. Giám đốc / Зам директора

Signed by: Phạm văn Bảy
Date: 22/10/2025 14:36:20
Certified by: Vietsovpetro CA



Ký tắt/Viza:

Lãnh đạo bộ phận đặt hàng - Руководитель отдела-закачика

Signed by: Lê Chung
Date: 21/10/2025 16:32:28
Certified by: Vietsovetro CA

Phụ trách VTTB / Ответственный ОМТО

Signed by: Vũ Đức Hải
Date: 22/10/2025 10:25:38
Certified by: Vietsovetro CA

Người thực hiện / Исполнитель:

Signed by: Phạm Thị Thu Trang
Date: 21/10/2025 15:44:05
Certified by: Vietsovetro CA



“PHÊ DUYỆT”
P. GIÁM ĐỐC

Signed by: Phạm Văn Bảy
Date: 10/10/2025 09:40:56
Certified by: Vietsovpetro CA

PHẠM VĂN BẢY
Ngày tháng năm 2025

**TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” ĐỐI VỚI CÁC
CHÀO HÀNG KỸ THUẬT SỬA CHỮA ỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA CHO BP. NS,
KHOA CDHA-XN-NS**

STT	Tên gọi các tiêu chí	Nội dung chào hàng	Đánh giá “Đạt/Không đạt”	Lý do không đạt	Ghi chú
1	YÊU CẦU CHUNG				
1.1	Nhà thầu sửa chữa phải có giấy phép kinh doanh; là đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam hoặc có giấy ủy quyền của hãng hoặc có giấy ủy quyền của đại lý chính hãng hoặc có kinh nghiệm về sửa chữa các ống nội soi...(Cung cấp các tài liệu để chứng minh)	Có cung cấp và đáp ứng	Đạt		
		Không cung cấp và không đáp ứng yêu cầu	Không đạt		
1.2	Nhân viên thực hiện việc sửa chữa ống soi phải có hợp đồng lao động với nhà thầu hoặc nhà sản xuất/hãng sản xuất/ đại lý phân phối; có trình độ tối thiểu đại học khối kỹ thuật; có chứng chỉ đào tạo về hệ thống thiết bị chào cùng cấp dịch vụ hoặc có chứng chỉ đào tạo về hệ thống thiết bị tương tự... (Cung cấp hồ sơ, tài liệu để chứng minh)	Có cung cấp và đáp ứng	Đạt		
		Không cung cấp và không đáp ứng yêu cầu	Không đạt		
1.3	Công tác nghiệm thu chỉ được tiến hành khi ống nội soi của TTYT đi vào hoạt động ổn định.	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
1.4	Các vật tư, phụ tùng thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, ghi rõ trong Hồ sơ chào thầu và khi giao hàng phải cung cấp các chứng chỉ về nguồn gốc, chứng nhận chất lượng của vật tư thay thế	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		

STT	Tên gọi các tiêu chí	Nội dung chào hàng	Đánh giá “Đạt/Không đạt”	Lý do không đạt	Ghi chú
1.5	Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng (được tính kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu).	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
1.6	Trước khi tiến hành dịch vụ, nhà thầu phải có thông báo bằng văn bản tối thiểu 02 ngày cho TTYT, trong thông báo cần nêu rõ thời gian và nhân sự tiến hành bảo dưỡng (Nhân viên phải có tên trong hồ sơ chào thầu; Trong trường hợp có thay đổi về nhân sự, nhà thầu phải có văn bản và bổ sung hồ sơ để chứng minh năng lực của kỹ thuật viên), để TTYT có kế hoạch phối hợp	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
1.7	Trong thời gian bảo hành, khi nhân viên Trung Tâm Y Tế phát hiện thấy sự bất thường hoặc những hư hỏng của máy sẽ thông báo cho nhà thầu bằng điện thoại, Email hoặc Fax, trong vòng 48h phải cử cán bộ kỹ thuật tới TT Y tế Vietsovpetro để kiểm tra sửa chữa (trong giờ hành chính)	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
2	DANH MỤC THIẾT BỊ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC & THỜI HẠN HOÀN THÀNH:				
2.1	Đáp ứng về Nội dung công việc, theo YCKT (chào toàn bộ danh mục dịch vụ)	Có cung cấp và đáp ứng	Đạt		
		Không cung cấp và không đáp ứng yêu cầu	Không đạt		
2.2	Đáp ứng về Thời gian hoàn thành dịch vụ	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
2.3	Đáp ứng về Địa điểm thực hiện và trả bảo hành	Có cam kết	Đạt		
		Không cam kết	Không đạt		
3	GIÚP ĐỠ KỸ THUẬT CỦA NHÀ THẦU	Có cam kết	Đạt		

