

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

Tên gói thầu: Gói thầu: Sửa chữa thay thế linh kiện máy siêu âm Vivid E95.

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
- Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ khám chữa bệnh năm.
- Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn – 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Mục tiêu công việc:

STT	Tên dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
01	Sửa chữa thay thế linh kiện máy siêu âm Vivid E95	-Sửa chữa thay thế linh kiện cho máy siêu âm: Model: VividE95 SN:AU70336 Hãng sản xuất: GE Linh kiện thay thế cụm GTX-TLP192mkII with Microchip pulsers hoặc tương đương, tương thích với máy siêu âm VividE95 đang sử dụng tại Bệnh viện. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	01	Dịch vụ

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Ghi chú:

- Toàn bộ các hàng hóa phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; tất cả phải đạt được tiêu chuẩn chất lượng của hãng (gồm các loại tài liệu: CO, CQ, TKHQ, giấy phép nhập khẩu...(nếu có)).

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: phải theo đúng quy định của nhà sản xuất;

- Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến kho vật tư của Chủ đầu tư.

- Yêu cầu về điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng: nhà thầu phải tự khảo sát hiện trường, nghiên cứu điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa sẽ được sử dụng để có biện pháp bảo trì hàng hóa hợp lý;

- Yêu cầu nhà thầu phải cung cấp toàn bộ tài liệu bản gốc và dịch toàn bộ tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt Nam trong E-HSDT (nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Bên mời thầu phát hiện nhà thầu dịch sai, tùy mức độ, Bên mời thầu có thể loại E-HSDT của nhà thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm **Tô đậm bằng viết dạ quang** các thông số tiêu chuẩn

kỹ thuật mà hàng hóa nhà thầu tham dự trong E-HSDT.

- Các hàng hóa mà nhà thầu chào phải có mức độ đáp ứng bằng hoặc cao hơn so với yêu cầu trong E-HSMT.

- Nhà thầu được phép thu hồi linh kiện hư hỏng sau khi thay thế linh kiện mới.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, các điều khoản trong hợp đồng và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chỉ được nghiệm thu khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và số lượng theo E-HSMT

Cam kết về thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Kiểm tra và thử nghiệm

- Sau khi Nhà thầu hoàn thành việc kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện cho thiết bị, nếu trong thời gian ≥ 15 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ) kể từ khi thiết bị được đưa vào sử dụng không phát sinh lỗi liên quan đến vật tư, linh kiện vừa thay thế thì gói thầu được xem là đủ điều kiện để bàn giao và nghiệm thu theo quy định.

- Trường hợp sau khi Nhà thầu thực hiện kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện mà thiết bị không hoạt động, hoặc hoạt động nhưng thường xuyên phát sinh lỗi, treo máy thì gói thầu không đủ điều kiện để bàn giao và nghiệm thu theo quy định.