

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

DỰ TOÁN : MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ (HÓA CHẤT) SỬ DỤNG NĂM
2025 - 2027 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÀM DỜI

GÓI THẦU : GÓI 02. HÓA CHẤT, DỤNG CỤ KÈM THEO DÙNG CHO
XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU, MIỄN DỊCH, ĐÔNG MÁU (GÓI
THẦU MÁY ĐẶT, MÁY MUỖN

CHỦ ĐẦU TƯ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÀM DỜI

<p>ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN</p>	<p>Ngày 24 tháng 02 năm 2026 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC</p>  <p>NGUYỄN TẤN ANH</p>
--	---

Số: 316/2026/BCXT-NN

TP.HCM, ngày 24 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: *Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mượn*

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÀM DƠI

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
- Tên gói thầu: Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mượn)
- Số KHLCNT: PL2600001313 thời điểm đăng tải 05/01/2026;
- Số E-TBMT: IB2600016016 - 00 thời điểm đăng tải 15/01/2026;
- Giá gói thầu: 2.731.326.520 VND
- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I Năm 2026
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BV ngày 05/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi;

+ Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BV ngày 15/01/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mượn) Thuộc dự toán: Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ hợp đồng số 01/2026/HĐ-TV ngày 05/01/2026 giữa Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Nguyên về việc thực hiện gói thầu tư vấn lập E-HSDT và đánh giá E-HSDT thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Nguyên thành lập theo Quyết định số 001/2026/QĐ-NN ngày 05/01/2026 để thực hiện đánh giá E-HSDT thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Tấn Anh	Tổ trưởng	Lập E- HSMT, phụ trách chung, về pháp lý, đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm và tài chính
2	Ngô Anh Thông	Thành viên	Lập HSMT và đánh giá về kỹ thuật

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia làm việc kết hợp trong lúc đánh giá.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Thông tin chung

Mã TBMT	IB2600016016
Tên gói thầu	Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mượn)
Tên chủ đầu tư	BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẦM DỜI
Số lượng nhà thầu	2
Thời điểm hoàn thành mở thầu	26/01/2026 09:12
Lĩnh vực	Hàng hóa

Thông tin gói thầu

Mã KHLCNT	PL2600001313
Tên kế hoạch LCNT	Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời gian thực hiện gói thầu	24 tháng

Hình thức lựa chọn nhà thầu	Chào hàng cạnh tranh
Phương thức lựa chọn nhà thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời điểm đóng mở thầu	26/01/2026 09:00
Giá gói thầu	2.731.326.520 VND

Thông tin nhà thầu

ST T	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VN D)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá dự thầu sau giảm giá (VND)	Hiệu lực E HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BD DT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	vn03 0907 5240	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	1.636.897.560	0	1.636.897.560	90	40.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ
2	vn20 0114 4752	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ	2.566.184.000	0	2.566.184.000	90	40.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	120	Xem chi tiết tại mẫu tiến độ

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 02

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	Đạt
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: *Không có*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	Đạt
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Không có.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Xem chi tiết tại bảng đánh giá.*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	Không đạt	
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

Stt	Tên nhà thầu	Lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT		
		STT E-HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung đánh giá
1	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	01	Định lượng AT/AT III (Anti thrombin/ Anti thrombinIII)	- Nhà thầu có cung cấp Tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, Tài liệu này chỉ dùng để Định lượng Thromboplastin từng phần hoạt hóa, không dùng để “Định lượng hoạt tính (Functional AT Assay): Đo khả năng ức chế enzyme của AT” Chủ đầu tư có Công văn số 17/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 9/2/2026, nhà thầu đã có Văn bản số 0902/2026/CV-HH và giải trình “Danh mục hóa chất được sử dụng cho mục đích xét nghiệm APTT. ⇒ Hàng hóa do Nhà thầu đề xuất, hoàn

Stt	Tên nhà thầu	Lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT		
		STT E-HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung đánh giá
				<p>toàn tương thích và đáp ứng đúng mục đích xét nghiệm đông cầm máu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.”</p> <p>Qua xem xét nội dung giải trình của nhà thầu, nhận thấy: Nội dung giải trình của Nhà thầu mang tính định hướng mục đích sử dụng chung, không cung cấp được tài liệu kỹ thuật (Catalogue/Data Sheet) chứng minh sản phẩm có nguyên lý đo dựa trên việc ức chế enzyme theo yêu cầu của HSMT. Việc nhà thầu khẳng định “tương đương” nhưng không có số liệu đối chiếu là không có cơ sở kỹ thuật để chấp nhận.</p> <p>Do đó, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nội dung này là không đạt.</p>
		02	Plasminogen	<p>- Nhà thầu có cung cấp Tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, Tài liệu này mô tả hóa chất xét nghiệm PT (dùng để Đo khả năng hình thành cục máu (Đông máu). Công việc này do enzyme Thrombin (tạo ra từ Prothrombin) thực hiện), trong khi yêu cầu là “Hoá chất dùng để xét nghiệm thời gian đông máu (Định lượng hoạt tính (Functional Assay): Đo khả năng tạo thành Plasmin để tan cục máu)”</p> <p>Chủ đầu tư có Công văn số 17/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 9/2/2026, nhà thầu đã có Văn bản số 0902/2026/CV-HH và giải trình. Giải trình của nhà thầu không đúng trọng tâm yêu cầu làm rõ. Việc cung cấp hóa chất thực hiện xét nghiệm PT (đông máu) để thay thế cho yêu cầu về xét nghiệm Plasminogen (tan máu) là không đúng yêu cầu E-HSMT.</p> <p>Do đó, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nội dung này là không đạt.</p>
		03	Imidazole	<p>- Nhà thầu có cung cấp Tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, không thể hiện “Giữ pH mẫu thử ổn định ở mức 7.4 ± 0.2; dùng cho các xét nghiệm đo hoạt tính yếu tố VIII, IX, XI, XII; giúp duy trì hoạt tính của yếu tố VIII</p>

Stt	Tên nhà thầu	Lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT		
		STT E-HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung đánh giá
				<p>trong mẫu đối chứng suốt thời gian ủ.”. Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của đúng mặt hàng nhà thầu tham dự.</p> <p>Chủ đầu tư có Công văn số 17/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 9/2/2026, nhà thầu đã có Văn bản số 0902/2026/CV-HH và có giải trình về thông số. Tuy nhiên vẫn không thể hiện và bổ sung lại tài liệu thể hiện nội dung đáp ứng yêu cầu làm rõ</p> <p>Do đó, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nội dung này là không đạt.</p>
		05	Kaoline	<p>- Nhà thầu có cung cấp Tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, không thể hiện “Dùng để xác định lượng APTT trong huyết tương. Thành phần: R1 - BIO-CK (CePhalin, Kaolin). C.V: 0.9 % (mức 1). Độ đục: không nhiều lên tới 0.543 Abs (độ hấp thụ)”.</p> <p>Chủ đầu tư có Công văn số 17/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 9/2/2026, nhà thầu đã có Văn bản số 0902/2026/CV-HH và có giải trình về thông số. Tuy nhiên vẫn không thể hiện và bổ sung lại tài liệu thể hiện nội dung đáp ứng yêu cầu làm rõ</p> <p>Do đó, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nội dung này là không đạt.</p>
		06	SF-400 measuring cuvettes (Bead Inside)	<p>- Nhà thầu có cung cấp Tài liệu kỹ thuật. Tuy nhiên, không thể hiện “là vật tư tiêu hao chuyên dụng dành riêng cho máy phân tích đông máu bán tự động, Nhựa Polystyrene (PS) y tế cao cấp, độ trong suốt cao để dễ quan sát mẫu, Thép không gỉ có từ tính, bề mặt được xử lý cực nhẵn để giảm ma sát, Vật tư tiêu hao dùng một lần (Disposable)”.</p> <p>Chủ đầu tư có Công văn số 17/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 9/2/2026, nhà thầu đã có Văn bản số 0902/2026/CV-HH và có giải trình:</p> <p><i>– Về đặc tính vật lý, kỹ thuật của cuvettes: Do thiết bị được Nhà thầu Nhà thầu đặt cho</i></p>

Stt	Tên nhà thầu	Lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT		
		STT E-HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung đánh giá
				<p><i>mượn, nên vật tư tiêu hao đi kèm theo máy sẽ là loại có đặc tính tương thích với thiết bị của Nhà thầu.</i></p> <p>Tuy nhiên vẫn không thể hiện và bổ sung lại tài liệu thể hiện nội dung đáp ứng yêu cầu làm rõ</p> <p>- Do đó, Tổ chuyên gia thống nhất đánh giá nội dung này là không đạt.</p>
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ	07	FT3 ELISA	<p>- Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của TTBYT thuộc loại B. Chủ đầu tư có công văn số 20/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 09/02/2026, nhà thầu có văn bản trả lời số 02/2026/CV-TN và có giải trình: <i>Hiện tại hồ sơ xin cấp số lưu hành không còn yêu cầu Bảng phân loại TBYT nên một số nhà cung cấp chỉ cung cấp giấy lưu hành sản phẩm.</i></p> <p>- Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT việc phân loại TBYT là thủ tục bắt buộc để xác định mức độ rủi ro và làm căn cứ quản lý lưu hành, thông quan hàng hóa; Giấy lưu hành không thay thế được bản phân loại. Việc nhà thầu thiếu tài liệu này là không đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Qua đó, tổ chuyên gia kiến nghị đánh giá không đạt nội dung này.</p>
		08	FT4 ELISA	<p>- Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của TTBYT thuộc loại B. Chủ đầu tư có công văn số 20/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT.</p>
		09	TSH ELISA	<p>- Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của TTBYT thuộc loại B. Chủ đầu tư có công văn số 20/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT.</p>
		10	CA - 125	<p>- Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là Giấy đăng ký lưu hành. Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của TTBYT thuộc loại B. Chủ đầu tư có công văn số 20/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT.</p>

Stt	Tên nhà thầu	Lý do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT		
		STT E-HSMT	Danh mục hàng hóa	Nội dung đánh giá
		11	CA - 19-9	<p>Đến ngày 09/02/2026, nhà thầu có văn bản trả lời số 02/2026/CV-TN và có giải trình: <i>Hiện tại hồ sơ xin cấp số lưu hành không còn yêu cầu Bảng phân loại TBYT nên một số nhà cung cấp chỉ cung cấp giấy lưu hành sản phẩm.</i></p> <p>- Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT việc phân loại TBYT là thủ tục bắt buộc để xác định mức độ rủi ro và làm căn cứ quản lý lưu hành, thông quan hàng hóa; Giấy lưu hành không thay thế được bản phân loại. Việc nhà thầu thiếu tài liệu này là không đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Qua đó, tổ chuyên gia kiến nghị đánh giá không đạt nội dung này</p>
		12	PSA	
		20	Test thử xét nghiệm (khí máu, điện giải, chất chuyển hoá,...)	<p>- Nhà thầu chưa cung cấp Bản kết quả phân loại TTBYT. Tài liệu nhà thầu cung cấp là văn bản đề nghị cấp mới số lưu hành TBYT thuộc loại C, D. Chủ đầu tư có công văn số 20/CV-BV ngày 05/02/2026 về việc làm rõ E-HSDT. Đến ngày 09/02/2026, nhà thầu có văn bản trả lời số 02/2026/CV-TN và có giải trình: <i>Hiện tại hồ sơ xin cấp số lưu hành không còn yêu cầu Bảng phân loại TBYT nên một số nhà cung cấp chỉ cung cấp giấy lưu hành sản phẩm.</i></p> <p>- Tuy nhiên, căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP, Nghị định 04/2025/NĐ-CP và Thông tư 05/2022/TT-BYT việc phân loại TBYT là thủ tục bắt buộc để xác định mức độ rủi ro và làm căn cứ quản lý lưu hành, thông quan hàng hóa; Giấy lưu hành không thay thế được bản phân loại. Việc nhà thầu thiếu tài liệu này là không đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Qua đó, tổ chuyên gia kiến nghị đánh giá không đạt nội dung này</p>

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): *Xem chi tiết tại bảng đánh giá.*

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Xem chi tiết tại bảng đánh giá*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: *(được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):*

Bảng số 05

Stt	Nội dung	HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	Không xét	Không xét
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	-	-
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	0	0
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	Không xét	Không xét
5	$\Delta UĐ$ (nếu có)	-	-
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét	Không xét

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 06** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 06

Stt	Nội dung	Nhà thầu	
		HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM LIÊN CỬA HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUY HOÀNG	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH NHUỆ
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt

4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không xét	Không xét
---	---	-----------	-----------

7. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Từ ngày 26/01/2026 đến ngày 24/02/2026.

8. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có



III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: **không có**.
Lý do: E-HSDT của tất cả các Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
2. Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có
4. Đối chiếu tài liệu: Không có.
5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
1	Nguyễn Tấn Anh	Lập E- HSMT, phụ trách chung, về pháp lý, đánh giá sơ bộ, năng lực kinh nghiệm và tài chính	Không có	Thống nhất ý kiến với các thành viên khác	
2	Ngô Anh Thông	Lập HSMT và Đánh giá về kỹ thuật	Không có	Thống nhất ý kiến với các thành viên khác	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Nguyễn Tấn Anh**

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu: 058093008374

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E- HSDT gói thầu Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mạy) thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi theo Quyết định số 001/2026/QĐ-NN ngày 05/01/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số NT01.07.1451 cấp ngày 01/01/2025 do Cục quản lý đấu thầu cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E- HSDT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E- HSDT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSDT của mình;

- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSDT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 02 năm 2026

Người cam kết



Nguyễn Tấn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi tên là: **Ngô Anh Thông**

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu: 068077000176

Là thành viên của tổ chuyên gia đánh giá E-HSĐT gói thầu Gói 02. Hóa chất, dụng cụ kèm theo dùng cho xét nghiệm khí máu, miễn dịch, đông máu (Gói thầu máy đặt, máy mượn) thuộc dự toán Mua sắm thiết bị y tế (hóa chất) sử dụng năm 2025 - 2027 của Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi theo Quyết định số 001/2026/QĐ-NN ngày 05/01/2026 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Nguyên. Tôi được cấp chứng chỉ về đấu thầu số NT01.18.15965 cấp ngày 14/11/2025 do Cục quản lý đấu thầu cấp.

Tôi cam kết như sau:

- Được đào tạo theo quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn phù hợp và có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá E-HSĐT đối với gói thầu đang xét;

- Đánh giá E-HSĐT trên cơ sở trung thực, khách quan, công bằng, không chịu bất kỳ sự ràng buộc về lợi ích đối với các bên;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá E-HSĐT của mình;


- Bảo mật các thông tin và hồ sơ, tài liệu trong quá trình đánh giá E-HSĐT theo đúng quy định của pháp luật;

- Không vi phạm các quy định về bảo đảm cạnh tranh.

Nếu tôi vi phạm nội dung cam kết nêu trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 02 năm 2026

Người cam kết



Ngô Anh Thông