

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Chủ đầu tư/ Bên mời thầu: Bệnh viện TWQĐ 108.
- Gói thầu: Mua sắm vật tư phụ kiện và sửa chữa máy chụp cộng hưởng từ Model: Achieva 3.0T Hãng Philips
- Dự toán: Mua sắm vật tư phụ kiện và sửa chữa máy chụp cộng hưởng từ Model: Achieva 3.0T Hãng Philips
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện TWQĐ 108.
- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

- Cung cấp vật tư phụ kiện và sửa chữa máy chụp cộng hưởng từ Model: Achieva 3.0T Hãng Philips
- Hàng hóa cung cấp là mới, nguyên đai kiện và chưa qua sử dụng.
- Nhà thầu cung cấp hàng hóa và chịu trách nhiệm bàn giao, thay thế, lắp đặt, sửa chữa đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu cung cấp hàng hóa và chịu trách nhiệm bàn giao, lắp đặt, sửa chữa và hiệu chỉnh đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đúng chức năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo mức Helium tối thiểu sau nạp khi đưa máy vào hoạt động $\geq 45\%$

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

TT	YÊU CẦU KỸ THUẬT	
	Hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản
I	Mua sắm vật tư phụ kiện và sửa chữa máy chụp cộng hưởng từ Model: Achieva 3.0T Hãng Philips	

I	YÊU CẦU KỸ THUẬT	
TT	Hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật cơ bản
1	Helium khí	- Chất lượng $\geq 99,9995\%$ - Nạp tương thích vào khối từ (Magnet) 4k của hệ thống cộng hưởng từ hãng Philips, model: Achieva 3.0T
2	Helium lỏng	- Chất lượng $\geq 99,999\%$
3	Dịch vụ phục hồi khối từ	- Xả và nạp từ cho khối từ - Xả đông đá cho khối từ - Kiểm tra và hiệu chỉnh thông số kỹ thuật

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra hàng hóa khi bàn giao về: tình trạng, quy cách đóng gói, thông tin ghi trên kiện hàng và sản phẩm
- Kiểm tra quá trình lắp đặt sửa chữa, hiệu chỉnh thiết bị