

PHỤ LỤC

Nội dung sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu:

Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi Quảng Ninh thuộc nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi Quảng Ninh thuộc nguồn kinh phí không tự chủ năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 85 /QĐ-BVP ngày 12 /5 /2026)

I. Điều chỉnh nội dung tại phần: mục 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể., Mục 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật:

Phần 2: Mua sắm máy xét nghiệm huyết học các loại cho Bệnh viện Phổi Quảng Ninh.

STT	Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh
II	YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
	2. Công Suất: - Chế độ CBC: ≥ 120 mẫu/giờ - Chế độ DIFF: ≥ 120 mẫu/giờ	2. Công Suất: - Chế độ CBC: ≥ 100 mẫu/giờ - Chế độ DIFF: ≥ 100 mẫu/giờ
	4. Thể tích hút mẫu: Thể tích lấy mẫu: $\leq 110 \mu\text{L}$	4. Thể tích hút mẫu: Thể tích lấy mẫu: $\leq 165 \mu\text{L}$
	5. Khả năng nạp mẫu tự động: ≥ 120 mẫu	5. Khả năng nạp mẫu tự động: ≥ 50 mẫu

II. Lý do điều chỉnh:

- Sau khi rà soát hồ sơ kỹ thuật và tiếp thu ý kiến chuyên môn của bộ phận xét nghiệm.