

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự toán mua sắm “Thuê dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện của bộ nguồn ICS của máy CT scanner 32 lát cắt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh – TDCN thuộc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh năm 2026”;
- Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh;
- Tên gói thầu: Gói 11-2026: Thuê dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện của bộ nguồn ICS của máy CT scanner 32 lát cắt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh TDCN thuộc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh năm 2026
- Địa điểm: Số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường Hòa Thuận, Tỉnh Vĩnh Long.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
- Giá gói thầu: 130.000.000 đồng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

2. **Mục tiêu công việc:** Thuê dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện của bộ nguồn ICS của máy CT scanner 32 lát cắt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh TDCN thuộc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh năm 2026.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Nội dung công việc:

STT	Tên dịch vụ	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng
1	Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện của bộ nguồn ICS của máy CT scanner 32 lát cắt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh TDCN thuộc Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh năm 2026	✓ Dịch vụ sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện của bộ nguồn ICS của máy CT scanner 32 lát cắt, có thông tin như sau: - Model: Somatom go. Now - Số seri: 107011 - Hãng sản xuất: SIEMENS ✓ Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành dịch vụ. ✓ Chi phí dịch vụ đã bao gồm: thuế VAT, nhân công, đi lại, vận chuyển, khảo sát kỹ thuật, ...và các chi phí liên quan hợp lý khác để cung cấp dịch vụ.	Gói	1

b) **Hiện trạng thiết bị theo biên bản kỹ thuật khảo sát ban đầu của máy CT scanner 32 lát cắt:** Không lên tín hiệu đèn nguồn ICS, nghi ngờ ICS bị lỗi và đề nghị thay thế ICS (hoặc sửa chữa ICS).

c) Một số cam kết khác của nhà thầu:

Nhà thầu có văn bản cam kết với đầy đủ nội dung sau:

- Trong trường hợp cần thay thế linh kiện, phụ kiện, nhà thầu phải cam kết linh kiện, phụ kiện thay thế là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, phù hợp và tương thích hoàn toàn với hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt đang sử dụng tại Bệnh viện. Linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc khi Bệnh viện yêu cầu. Không sử dụng linh kiện đã qua sửa chữa, tân trang hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Nhà thầu cam kết việc sửa chữa, thay thế không làm ảnh hưởng đến cấu hình, tính đồng bộ, tính năng kỹ thuật và an toàn vận hành của toàn bộ hệ thống máy CT Scanner. Sau sửa chữa, hệ thống phải hoạt động ổn định, bảo đảm chất lượng hình ảnh chẩn đoán và an toàn điện theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; nhà thầu phải phối hợp với Bệnh viện thực hiện kiểm tra, chạy thử, hiệu chuẩn và đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị trước khi nghiệm thu.
- Nhà thầu có trách nhiệm bố trí nhân sự đúng chuyên môn, sở hữu chứng chỉ đào tạo từ chính hãng cho dòng máy CT Scanner. Nhân sự thực hiện phải tuân thủ đầy đủ quy định an toàn điện, an toàn bức xạ và nội quy của Bệnh viện trong quá trình thi công.
- Trường hợp chậm tiến độ, nhà thầu phải có văn bản giải trình và chịu các chế tài theo hợp đồng.
- Nhà thầu cam kết bảo hành toàn bộ nội dung sửa chữa, linh kiện và phụ kiện thay thế tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu dịch vụ đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành, nếu phát sinh lỗi liên quan đến nội dung sửa chữa hoặc linh kiện thay thế, nhà thầu phải khắc phục miễn phí hoàn toàn, bao gồm chi phí nhân công, vật tư và đi lại.
- Nhà thầu phải hỗ trợ kỹ thuật từ xa hoặc trực tiếp khi Bệnh viện yêu cầu trong suốt thời gian bảo hành. Có đầu mối kỹ thuật tiếp nhận thông tin sự cố 24/7 hoặc trong giờ hành chính theo yêu cầu của Bệnh viện.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

- Nhà thầu phải đưa ra giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng của bộ nguồn ICS thuộc hệ thống máy CT Scanner 32 lát cắt tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh TDCN, thông qua:
 - Khảo sát và đánh giá hiện trạng
 - Phương án sửa chữa và thay thế
 - Giải pháp đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
- Nhà thầu phải trình bày phương pháp luận triển khai gói thầu theo trình tự hợp lý, tối thiểu gồm các bước sau:
 - Bước 1: Tiếp nhận và khảo sát
 - Bước 2: Lập phương án xử lý
 - Bước 3: Tổ chức thực hiện
 - Bước 4: Kiểm tra và chạy thử
 - Bước 5: Nghiệm thu và bàn giao

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện nhằm xác nhận chất lượng dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện bộ nguồn ICS của máy CT Scanner 32 lát cắt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo HSMT, hợp đồng và nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.
- Công tác nghiệm thu phải được thực hiện công khai, khách quan, có lập biên bản và được đại diện các bên xác nhận.
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu; Kiểm tra khối lượng và nội dung thực hiện; Kiểm tra kỹ thuật và vận hành; Chạy thử thiết bị; Xử lý trường hợp không đạt yêu cầu (nếu có); Quy định về bảo hành sau nghiệm thu.